

※第2回検討会 資料7と同じもの

聴覚障害の認定方法に関する検討会(第3回)	
平成26年10月30日	参考資料1

聴覚障害認定に係る主な検査機器設置状況

	回 答 数	回答のあった医療機関に設置されている検査機器						
		オーディオ メータ	聴性脳幹反応 検査機器 (ABR)	耳音響放射 検査機器 (OAE)	聴性定常反応 検査機器 (ASSR)	条件詮索反応 検査機器 (COR)	聴性行動反応 検査機器 (BOA)	語音明瞭度 検査機器
医療機関数	911	911 (100%)	210 (23.1%)	188 (20.6%)	34 (3.7%)	51 (5.6%)	43 (4.7%)	532 (58.4%)
病 院	260	260 (100%)	178 (68.4%)	76 (29.2%)	31 (11.9%)	38 (14.6%)	33 (12.7%)	170 (65.4%)
診療所	651	651 (100%)	32 (4.9%)	112 (17.2%)	3 (0.5%)	13 (2.0%)	10 (1.5%)	362 (55.6%)

(注)
一部自治体に対する抽出調査(14自治体)であり、回答のあった医療機関の結果を集計(911医療機関)