

先進医療技術審査部会において承認された新規技術に
対する事前評価結果等について

整理番号	技術名	適応症等	医薬品・医療機器等情報	申請医療機関	保険給付されない費用※1※2 (「先進医療に係る費用」)	保険給付される費用※2 (「保険外併用療養費に係る保険者負担」)	保険外併用療養費分に係る一部負担金	事前評価		その他 (事務的対応等)
								担当 構成員 (敬称略)	総評	
101	治療抵抗性の子宮頸癌に対する閉鎖循環下骨盤内非均衡灌流療法	治療抵抗性の子宮頸癌	・メラ 人工心肺装置 HAS型 泉工医科工業株式会社 ・個人用透析装置 東レメディカル株式会社 ・駆血帯(止血器) ジンマーバイオメット合同会社 ・動注用アイエーコール 日本化薬株式会社 ・インジコカルミン注20mg 第一三共株式会社 ・薬剤投与循環システム 川澄化学工業株式会社 ・HYMバルーンカテーテル コスモテック株式会社 ・ウルトラハイフローシース メディキット株式会社	日本医科大学 付属病院	201万7千円 (2コース施行した場合)	72万4千円	31万千円	山本 晴子	適	別紙2
102	切除不能かつ化学療法非奏効または不耐例の肝内胆管癌に対する陽子線治療	切除不能かつ化学療法非奏効または不耐例の肝内胆管癌	・陽子線治療システム ・陽子線治療システム (PROBEAT-RT) ・陽子線治療システム (PROBEAT-III) 株式会社日立製作所 ・粒子線治療装置(陽子タイプ) 三菱電機株式会社 ・粒子線治療装置(炭素イオン /陽子タイプ) 三菱電機株式会社 ・陽子線治療システム 住友重機械工業株式会社	筑波大学 附属病院	294万円	41万2千円	17万9千円	藤原 康弘	適	別紙3
103	既存抗リウマチ薬抵抗性の関節リウマチに対するヒドロキシクロロキン併用療法	関節リウマチ	・PLAQUENIL サノフィ株式会社	慶應義塾大学 病院	13万7千円 (ただし、ヒドロキシクロロキンは企業から提供されるため患者負担は1830円である)	10万4千円	4万5千円	宮坂 信之	適	別紙4

※1 医療機関は患者に自己負担額を求めることができる。
※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。

【備考】

○ 先進医療A

1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)

2 以下のような医療技術であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの

(1) 未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術

(2) 未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術

○ 先進医療B

3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)

4 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの。