

供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料の

償還価格見直しについて

1. 償還価格の見直しについて

既存機能区分の価格については、原則として市場実勢価格加重平均値一定幅方式により算定される額により改定される。

一方、この規定に関わらず、

ア 代替するものがない特定保険医療材料であること。

イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。

(関係学会から医療上の必要性の観点からの継続供給申請等があるもの等)

ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。

(保険償還価格と市場実勢価の乖離率が大きい場合を除く)

にあてはまる、供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に関わる機能区分の基準材料価格の改定については、原価計算方式により改定することとしている。

2. 平成 30 年度における対応 (案)

保険医療材料等専門組織での検討を踏まえ、以下の 9 区分について原価計算によって償還価格を見直しはどうか。

○ 129 補助人工心臓セット (7 区分)

(1) 体外型

② 小児用

ア 血液ポンプ

イ 心尖部脱血用カニューレ

エ 動脈送血用カニューレ

オ アクセサリーセット

カ ドライビングチューブ

キ カニューレコネクティングセット

ク カニューレエクステンションセット

○ 139 組織拡張器 (1 区分)

(2) 乳房用

○ 179 気管支用充填材 (1 区分)

○ 129 補助人工心臓セット

当該機能区分に属する製品は、市場実勢価格が保険償還価格を上回っており、販売会社が一社のみで代替する製品が存在せず、関連学会からも供給継続の要望があることから、供給困難例として原価計算方式による区分の償還価格の見直しを行う。

【保険償還価格】

機能区分	新償還価格（案）	外国平均価格との比	現行の償還価格
129 補助人工心臓セット			
（１）体外型			
② 小児用			
ア 血液ポンプ	6,480,000円	1.90	5,170,000円
イ 心尖部脱血用カニューレ	1,050,000円	2.32	764,000円
エ 動脈送血用カニューレ	783,000円	1.80	712,000円
オ アクセサリーセット	400,000円	1.96	342,000円
カ ドライビングチューブ	130,000円	2.67	82,000円
キ カニューレコネクティングセット	222,000円	1.38	152,000円
ク カニューレエクステンションセット	222,000円	1.38	152,000円

（参考）

【企業希望価格】

機能区分	希望償還価格	外国平均価格との比
129 補助人工心臓セット		
（１）体外型		
② 小児用		
ア 血液ポンプ	6,870,000円	2.01
イ 心尖部脱血用カニューレ	1,130,000円	2.49
エ 動脈送血用カニューレ	845,000円	1.94
オ アクセサリーセット	442,000円	2.19
カ ドライビングチューブ	158,000円	3.23
キ カニューレコネクティングセット	254,000円	1.58
ク カニューレエクステンションセット	254,000円	1.58

○ 139 組織拡張器

当該機能区分に属する製品は、市場実勢価格が保険償還価格を上回っており、販売会社が一社のみで代替する製品が存在せず、関連学会からも供給継続の要望があることから、供給困難例として原価計算方式による区分の償還価格の見直しを行う。

【保険償還価格】

機能区分	新償還価格（案）	外国平均価格との比	現行の償還価格
139 組織拡張器 （２）乳房用	64,800円	0.87	33,000円

（参考）

【企業希望価格】

機能区分	希望償還価格	外国平均価格との比
139 組織拡張器 （２）乳房用	98,300円	1.32

○ 179 気管支用充填材

当該機能区分に属する製品は、市場実勢価格が保険償還価格を上回っており、販売会社が一社のみで代替する製品が存在せず、関連学会からも供給継続の要望があることから、供給困難例として原価計算方式による区分の償還価格の見直しを行う。

【保険償還価格】

機能区分	新償還価格（案）	外国平均価格との比	現行の償還価格
179 気管支用充填材	19,700円	2.15	7,610円

(参考)

【企業希望価格】

機能区分	希望償還価格	外国平均価格との比
179 気管支用充填材	22,600円	2.47