

第 70 回診療放射線技師国家試験における
採点除外等の取扱いをした問題について

午後 第 27 問

27 SPECT の性能評価で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 総合均一性は面線源を用いて評価する。
2. 総合空間分解能は FWHM で評価する。
3. 総合空間分解能は線線源を用いて評価する。
4. 回転中心のずれはサイノグラムを用いて評価する。
5. 総合空間分解能は OS - EM 法で再構成して評価する。

採点上の取扱い

3通りの解答を正解として採点する。

理 由

設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。