

第 70 回診療放射線技師国家試験における
採点除外等の取扱いをした問題について

午後 第 94 問

94 DR システムのプリサンプリング MTF で正しいのはどれか。

1. オーバーオール MTF より高い値になる。
2. エリアシングによる波形の振動が生じる。
3. 画像の横方向と縦方向では同じ値になる。
4. デジタル MTF とディスプレイ MTF の積に等しい。
5. 分析するデータの間隔は $100\mu\text{m}$ 程度に設定する。

採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理 由

設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。