

情報不足のため製造販売業者による検討対策が困難と考えられた事例もしくは、ヒューマンエラーやヒューマンファクターに起因すると考えられた事例
 (* 第7回報告書, ** 第8回報告書)

		具体的内容	背景・要因	改善策	影響を与えた医療機器
90 *	その他の医療機器関連	前体重が、基礎体重よりもマイナス3.5kg で入室したにもかかわらず、記載ミスにより除水が3.5kg かかり、基礎体重よりもさらにマイナス6.8kg で終了した。透析中、血圧下降あり、病棟より施行中であったペルジピン(降圧剤)を中止し、透析後は血圧110台にて中止のまま帰室した。終了後、腎臓内科医師に報告し、心エコーなど施行。モニター監視で経過観察する指示を受け、病棟に申し送った。	開始30分後、除水量チェックに入るが、その時点でもミスに気付かず、そのまま除水がかかったまま終了してしまった。	<ul style="list-style-type: none"> 基礎体重が変わらない患者については、本日の目標体重を記入しないことが多く、空白になっているが、本日の目標体重を毎回記入するとミスも防げるのではないかと今後この課題として話し合っていく。 	透析用監視装置