

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
看護師養成所3年課程	佼成看護専門学校	太田 博子 03-3384-6175	杉並区和田1-3-14	15 18	平成17年11月～ 平成20年1月	該当者には口頭及び文書で説明・報告。希望者には学校負担での検査の実施。
看護師養成所3年課程	聖和看護専門学校	井本 邦子 03-3898-2159	足立区西新井5-41-1	19	平成15年～平成19年	教材としてマイクロレットを購入していたが、実際授業では、講師が病院で使用しているディスポーザブルタイプのもを持参し、演習していたことが講師確認で明らかになった。但し、教材として採用していたので、マイクロレットを用いて微量採血をした学生がいたか否かは不明である。
看護師養成所3年課程	東京警察病院看護専門学校	荒川 真知子 03-5318-3525	中野区江古田3-14-18	10	平成15年5月頃～ 平成19年5月頃	使用毎に器具の皮膚に触れる部分をアルコール綿で消毒していた。看護学生の演習教材で使用。左記期間中の対象学生は健常陰性者。翌年の年次検診で全員陰性で感染は認められなかった。
看護師養成所3年課程	東京厚生年金看護専門学校	北川さなえ 03-3260-6291	新宿区揚場町2-28	21	平成16年6月頃～ 平成20年5月	使用中止
看護師養成所3年課程	東京都立北多摩看護専門学校	高倉 裕美子 042-567-0331	東大和市桜が丘3-44-10	19	平成16年12月頃～ 平成18年12月	実施時、穿刺針はディスポーザブルを使用し、各人一回ごとに交換して廃棄し、穿刺器具については、その都度アルコール消毒をした。当該器具使用した期間に在籍していた学生の健康診断の資料より感染の所見がなかったことが確認できた。また今後当該器具を使用できないよう回収した。
看護師養成所3年課程	独立行政法人国立病院機構 東京医療センター附属東が丘 看護助産学校	橋口 広子 03-3422-2481	目黒区東が丘2-5-1	18	平成19年7月19日	(1) 当該学生に実施診断結果（1年次：平成18年4月19日実施、3年次平成20年4月22日実施）内の感染症データを比較し、当該器具による感染の所見は見られないことを確認した。 (2) 学校より、当該学生に対して当該器具の適切な使用方法に関する説明及び当該器具を2年次の学内実習で不適切に使用した旨を説明し、上記（1）の結果に基づき、感染の可能性はないことを説明した。また、本件で、不安な点等あれば、学年担当に問い合わせるよう説明した。

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
看護師養成所3年課程	独立行政法人国立病院機構 災害医療センター附属昭和の 森看護学校	廣門 三千子 042-526-5599	立川市緑町3256	18	①平成19年1月11日 ②平成20年3月6日	健康診断でHBs抗原、HBs抗体は調べており、内科健診でも平成18年度、平成19年度、平成20年度陽性者なし。
看護師養成所3年課程	東京都立広尾看護専門学校	加藤 奈保美 03-3443-0642	渋谷区恵比寿2-34-10	①②は商品 名不明 ③19	①平成8年7月頃 ②平成9年6月頃 ③平成13年10月頃	実施時、穿刺針はディスポーザブルを使用し、各人一回ごとに交換して廃棄し、穿刺器具については、その都度アルコール消毒をした。平成13年実施学生の実施後HBs検査陽性となった学生はいないことを確認した。平成8、9年の学生についても、実施後HB陽性となった学生はいなかったことが当時の看護管理者より確認できた。
看護師養成所3年課程	都立荏原看護専門学校	成瀬かおる 03-3727-2961	大田区東雪谷4-5-28	4	平成10年～平成17年	実施時、穿刺針はディスポーザブルを使用し、各人一回ごとに交換して廃棄し、穿刺器具については、その都度アルコール消毒をした。在学中に実施した健康診断の資料から、当該器具による感染者はいないことが確認できた。平成18年度以降は当該器具は使用していない。
准看護師養成所	八王子医療刑務所准看護師養成所	教務主任 上田 幸子 042-622-6188 内線551	八王子市子安町3-26-1	8	平成18年6月1日頃、 平成19年1月頃	微量採血に関する学内実習に際しては、実習前に対象者全員にHBs抗原、HC抗体検査の結果、陰性であり、なおかつその他の感染症の恐れのないことを確認の後実施していた。穿刺針はディスポーザブルを使用し、各人一回ごとに交換して廃棄し、穿刺器具については、その都度アルコール消毒をした。今回の通知を受け、念のため同上の検査を勧める通達を発出した。現在までに体調不良等の申し出はない。
臨床検査技師養成所	東京医学技術専門学校	橋本 邦彦 03-3626-4111	東京都墨田区横綱1-10-8	17	平成18年4月～ 平成19年10月	学内実習において、器具紹介をかねて使用したが、今後は使用致しません。

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
管理栄養士養成施設	大妻女子大学食物学科管理栄養士専攻	池上 (03-5275-6046)	東京都千代田区三番町 1 2	29	平成15年6月頃 ～平成20年6月	今後は単回使用の器具を使用します。
				4-	平成15年6月頃 ～平成20年6月	
管理栄養士養成施設	東京家政大学栄養学科管理栄養士専攻	岡 (03-3961-8026)	東京都板橋区加賀 1-18-1	31 (オート レット)	平成2年4月頃 ～平成19年12月頃	当該学生に対し連絡するため、名簿の整理中。
				31 (ワンタッ チウルトラ ソフト)	平成16年10月頃 ～平成19年12月頃	
管理栄養士養成施設	東京農業大学応用生物科学部栄養科学科管理栄養士専攻	田中 (03-5477-2441)	東京都世田谷区桜丘 1 丁目 1 番 1 号	4	平成12年11月24日	既に単回使用に切り替えている。対象となる学生にも連絡予定。
管理栄養士養成施設	東京栄養食糧専門学校栄養専門課程管理栄養士科	秋元 (03-3424-9113)	東京都世田谷区池尻 2-23-11	19	平成15年6月頃 ～平成20年6月9日	今後ピンレッターに変更
管理栄養士養成施設	東京聖栄大学管理栄養学科	岡本 (03-3692-0211)	東京都葛飾区西新小岩 1-4-6	5	平成17年4月1日 ～平成20年5月7日	今後は使用を中止する。対象者に事情を説明し、申し出により、校医が対応する。
管理栄養士養成施設	東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科	豊田 (03-5799-3711)	東京都世田谷区世田谷 3-11-3	4	平成18、19、20年5月	学生・保護者に周知連絡及び使用学生の血液検査を実施する予定。
				5	平成18、19、20年5月	
栄養士養成施設	東京栄養食糧専門学校栄養専門課程栄養士科	秋元 (03-3424-9113)	東京都世田谷区池尻 2-23-11	19	平成12年5月頃 ～平成20年6月9日	ピンレッターに変更
栄養士養成施設	香川栄養専門学校栄養専門課程	成瀬 (03-3576-3438)	東京都豊島区駒込 3-24-3	4.8	平成16年5月頃 ～平成17年12月	アルコール消毒したうえで使用してきた。今後はディスポーザブル採血器具シングルスティックⅡ（アボットジャパン発売）を使用。
				18	平成18年10月頃 ～平成20年3月	アルコール消毒したうえで使用してきた。H20年7月よりテルモ、メディセーフファインタッチを使用。
栄養士養成施設	女子栄養大学短期大学部食物栄養学科	廣末 (03-3576-2477)	東京都豊島区駒込 3-24-3	18	平成18年10月頃 ～平成20年3月	アルコール消毒したうえで使用してきた。H20年7月よりテルモ、メディセーフファインタッチを使用。
栄養士養成施設	東京文化短期大学生活学科	梅村 (03-3381-0196)	東京都中野区本町 6-38-1	19	平成16年5月頃 ～平成20年5月15日	ピンレッターに変更
栄養士養成施設	東京家政大学栄養学科栄養学専攻	岡 (03-3961-8026)	東京都板橋区加賀 1-18-1	31 (オート レット)	平成2年4月頃 ～平成18年7月頃	当該学生に対し連絡するため、名簿の整理中。
栄養士養成施設	華学園栄養専門学校栄養専門課程	坂本 (03-3875-1111)	東京都台東区根岸 1-1-12	19	平成9年頃 ～平成19年12月頃	使用を禁止しディスポーザブルタイプのものに変更済みです。
栄養士養成施設	大妻女子大学食物学科食物学専攻	池上 (03-5275-6046)	東京都千代田区三番町 1 2	31 (新ユニ レッター)	平成15年6月頃 ～平成20年6月	今後は単回使用の器具を使用します。
				4	平成15年6月頃 ～平成20年6月	