

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
看護師養成所3年課程	新日鐵八幡記念看護専門学校	福井 道子 093-671-9400	北九州市八幡東区春の町1-1-1	10	平成12年頃～平成14年頃	実施する際は十分に消毒後、感染症のない学生3～4人に1学生1器具としていた。その器具は学内専用の器具として、約3年間使用していた。使用後は、次亜塩素酸ナトリウム0.1%に30分以上浸漬後、乾燥させた。清潔な棚に保管し、使用直前は70%アルコールで消毒後実施した。学生から感染の報告はない。
看護師養成所3年課程	麻生医療福祉専門学校	百瀬 栄美子 0948-25-8760	飯塚市芳雄町3-83	21	平成17年4月～平成19年2月	平成20年5月新聞報道後、直ちに実習HP（飯塚HP）安全委員会指導のもと新機種購入により対応済み。
看護師養成所2年課程	北九州市戸畑看護専門学校	釜賀 佐由里 093-881-5641	北九州市戸畑区正津町2-10	5	平成17年9月～平成19年12月	穿刺器具の針の周囲部分は、70%アルコール綿花で消毒していた。現在は、ディスポーザブル採血器具に変更。
看護師養成所2年課程	八女筑後看護専門学校	小山田 美智子 0943-24-4877	八女市本村656-1	9	①平成19年5月8日 ②平成20年4月30日	①内分泌の授業で外部講師が使用年1回の講義であり、その後の使用はない 次年度は使用しないよう講師に説明する ②内分泌の授業で外部講師が使用年1回の講義であり、その後の使用はない 次年度は使用しないよう講師に説明する
准看護師養成所	八女筑後看護専門学校	與田 静香 0943-23-6284	八女市本村656-1	9	平成19年11月16日	内分泌の授業で外部講師が使用年1回の講義であり、その後の使用はない 次年度は使用しないよう講師に説明する
臨床検査技師養成所	美萩野臨床医学専門学校	斉藤由美093-931-5201	北九州市小倉北区片野新町1-3-1	28	平成14年4月～20年5月	穿刺器具を三和科学研究所のジェントレットに交換（平成20年7月）し、夏休み明けからの実習に対応していく。

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
管理栄養士養成施設	九州女子大学家政学部栄養学科	屋代彰子 (093-693-3289)	福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-1	10, 18	平成13年12月12日 ～平成19年10月30日	平成20年度実習からはジェントレットを使用する予定。
管理栄養士養成施設	中村学園大学栄養科学部栄養学科	吉岡慶子 (092-851-2351)	福岡市城南区別府5丁目7番1号	28	平成4年4月～平成12年1月	記入なし
管理栄養士養成施設	西南学院大学保健福祉学部栄養学科	教務課長 浅尾 憲達 (093-583-5700)	福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5	8	平成16年4月～平成17年11月	H18年3月の厚労省の通達（H18年3月3日薬食安発第0303001号）以降は、針の周辺部分がディスプレイ「ダブルタイプ」のものに変更した。（フェラレットタイプ）
栄養士養成施設	中村学園大学短期大学部食物栄養学科	小田 隆弘 (092-851-2531)	福岡市城南区別府5丁目7番1号	28	平成4年4月～平成12年1月	