

検査・検診用グローブ（PVC）購入一式仕様書

1. 調達案件の概要

(1) 調達品目

検査・検診用グローブ（PVC）

(2) 調達数量

- ① 合計4億枚（2億双）
- ② 1事業者当たり4千枚以上2億枚以下の範囲
- ③ 調達数量のうち、サイズ割合は、S:M:L 3:5:2とする。

(3) 履行期間

契約日～令和4年2月28日（月）

(4) 納品期限

令和4年2月14日（月）

（令和3年12月17日（金）までに契約枚数の30%以上を納品すること）

(5) 納品形態等

- ① 納品場所への納品にあたっては、宅配便、路線便で20箱未満の小ロットの物品を出荷する場合を除き、「パレット積み」とすること。
- ② パレットのサイズは標準の1.1m×1.1mの四方差しおよび片面パレットとし、かつハンドリフト対応パレットとすること。
- ③ 輸送時の荷崩れ等のダメージ防止のため、パレット毎にラップを巻いて納品をすること。
- ④ 納品形態として、100枚毎に紙製の箱に梱包し段ボールに詰めて納品すること。段ボールは保管に耐え得る十分な強度を有するものとし、高さを160cm程度とすること。
- ⑤ 段ボールの4側面に以下の情報を含む製品情報を明示すること。
 - ・品名（サイズを含む）、契約業者、製造会社、製造年月、使用推奨期間、取扱上の注意

(6) 納品場所

支出負担行為担当官が別途指定する場所

2. 手袋の規格等

(1) 手袋の規格

●PVC 手袋

- ① 指先にフィットする薄手のもので、感触性に優れた形状であること。
- ② 素材は塩化ビニル (PVC) であること。
- ③ パウダーフリーであること。
- ④ 一般医療機器 (クラス I) の届出をしていること。
- ⑤ JIS 規格 T9116 及び Z9015-1、ASTM 規格 D5250 又は EN 規格 EN455 に適合した製品であること。(ただし、滅菌処理の必要はない)
- ⑥ サイズは S, M, L の 3 種類とする。

(2) 使用推奨期間等

- ・使用推奨期間は、適切な条件での管理下において、製造後 3 年間以上で、納品時に 2 年 6 ヶ月間以上有すること。
- ・納品時に製造日から 6 ヶ月未満であること。

3. 検査 <厚生労働省>

(1) 契約書第 7 条第 2 項に規定する納品検査

納品検査により納品物に不合格商品が発見された場合は、受注者は直ちに納品した製品についてすべて確認の上、該当納品物を引き取り、合格品となった納品物を指定した日時までにすべて納品すること。

(2) 納品後の検査

納品後、厚生労働省において実施する納品物品の品質確認のためのサンプル検査において、不合格品が発見された場合は、契約書第 23 条によること。

4. 契約履行状況の中間評価について

(1) 厚生労働省は受注者の契約履行状況につき、次の点により中間評価を行い、契約継続の可否について判断する。

- ① 納品状況の評価：令和 3 年 12 月 17 日 (金) までに契約枚数の 30% 以上を納品できているか。
- ② 品質の評価：納品後、3 (2) に定めるサンプル検査において、納品物品の品質が確保されているか。
なお、サンプル検査の結果によっては、受注者が実施する検査の強化を求める。

以上