国備蓄製品カタログ（N95等マスク）

2025年８月

N95等マスク　売却予定製品一覧

N95等マスクの売却予定製品は、 1製品

公募番号	製造メーカー	調達先	製品名	サイズ	入数（外装箱）	入数（内箱）
1	スリーエムジャパンプロダクツ㈱	スリーエムジャパン㈱	3M　Vフレックス　使い捨て式防塵マスクDS2	M	200	20

N95等マスク　製品カタログ

公募番号1

画像

写真無し

製品情報

項目	詳細情報
公募番号	1
製品名	3M　Vフレックス　使い捨て式防塵マスクDS2
製品型番	9105J-DS2-02
製造メーカー	スリーエムジャパンプロダクツ㈱
調達先	スリーエムジャパン㈱
サイズ	M
規格	DS2
形状	折り畳み
排気弁（有・無）	無
セルロース含有（有・無）	有
使用推奨期限	20270301
外装箱入数/枚	200
内箱入数/枚	20
在庫数/枚	50,400
公募単位/枚	200

N95等マスク　売却予定製品一覧

売却時性能検査の評価結果

評価項目	評価の視点	評価				
⑴．使用前のチェック項目		**施設①**	**施設②**	**施設③**	**施設④**	**施設⑤**
①箱の形状が病棟や外来等での保管や使用に支障が無い。	―	A	B	A	A	A
②製品名に聞きなじみがあり、医療機関等で一般的に流通している製品である。	―	A	B	B	C	B
③箱や包装に破れやダメージ、日焼け等が生じていない。	―	B	B	A	A	A
⑵．使用感のチェック項目						
①全体的な快適性	ノーズフィットの圧迫感が無いか（長時間使用で鼻に痛みや傷が出ないか）	A	B	B	B	A
	肌荒れしないか					
	長時間使用で気になる匂いが無いか					
②フィット性	フィット感は適当か、空気漏れが無いか、等（フィットテストは別途実施しており、本検査での実施は不要です）	A	C	A	D	A
③ゴム紐の快適性	ゴム紐のあたる部分が痛くならないか、かぶれないか	A	B	A	B	B
④ゴム紐の調整機能の有無	紐の調整機能があるか	A	D	D	D	A
⑤ゴム紐の耐久性	ゴム紐の耐久性（引っ張った際に、緩んだり切れてしまうことが無いか）	A	A	B	D	A
⑥着脱時の安全性	着脱時に汚染し難いものであるか	A	B	A	D	A
⑦医療現場での使い勝手	箱からストレスなく取り出せるか等	A	A	B	B	A
⑶．総合評価						
―	―	A	C	B	D	A
（参考）使用実績	―	なし	以前有	なし	なし	なし

回答基準（設問「⑴.②」を除く）
A：臨床現場での使用に適している
B：条件付きであれば臨床現場で使用することができる
C：臨床現場以外（実習、環境整備等）であれば使用できる
D：医療現場での使用には課題がある

回答基準（設問「⑴.②」）
A：頻繁に製品名を聞く製品である
B：製品名を聞いたことがある
C：製品名を聞いたことが無い

性能検査の実施方法等

■検査方法等

<table>
<tr><th>項目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>協力施設</td><td>• 職業感染制御研究会、日本感染管理ネットワーク、全国厚生農業協同組合連合会のご協力の下、感染対策向上加算1の届出施設又は感染症指定医療機関に該当する医療機関で性能検査を実施した。</td></tr>
<tr><td>検査協力者</td><td>• 検査協力施設1施設当たり、数名～数十名（当該施設内の感染対策部署、病棟等）の検査協力者で検査した。
• 検査協力者には、最低1名の感染管理認定看護師を含む。</td></tr>
<tr><td>検査方法</td><td>• 売却予定の個人防護具を、1製品あたり協力施設5施設で検査した。
• 検査協力者は、各々が下表の時間を目安に試用し、使用感を確認。その後、協力施設の検査実施者同士で意見交換を行い、その総意を検査結果とした。
• 具体的なサンプリング環境（例えば、感染症病棟で実際に患者に接して試用するのか、会議室で着用や手技のデモをして試用するのか等）は協力施設により異なる。
<table>
<tr><th>個人防護具</th><th>試用時間の目安</th></tr>
<tr><td>医療用（サージカル）マスク</td><td>• 最低60分</td></tr>
<tr><td>N95等マスク</td><td>• 最低30分（10分程度の着用を数回繰り返す）</td></tr>
<tr><td>アイソレーションガウン(プラスチックガウンを含む)及びサージカルガウン</td><td>• 数分（着脱、動作の確認）</td></tr>
<tr><td>非滅菌手袋</td><td>• 数分（着脱、動作の確認）</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

■検査期間

令和7年6月2日（月）～6月13日（金）

■回答基準

回答基準（設問「⑴.②」を除く）
A：臨床現場での使用に適している
B：条件付きであれば臨床現場で使用することができる
C：臨床現場以外（実習、環境整備等）であれば使用できる
D：医療現場での使用には課題がある

回答基準（設問「⑴.②」）
A：頻繁に製品名を聞く製品である
B：製品名を聞いたことがある
C：製品名を聞いたことが無い

性能検査の実施方法等

■協力施設

- 一般財団法人日本感染管理ネットワーク、一般社団法人職業感染制御研究会、全国厚生農業協同組合連合会のご協力の下、全23施設で実施した。

No	施設概要			
	医療機関名	病床数	感染対策向上加算	感染症指定医療機関
1	国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究センター病院	716	加算1	特定感染症
2	地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター	496	加算1	第2種
3	広島大学病院	742	加算1	第1種
4	社会福祉恩賜財団済生会　福井県済生会病院	460	加算1	結核
5	高知大学医学部附属病院	613	加算1	第1種
6	地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター	415	加算1	指定なし
7	箕面市立病院	317	加算1	指定なし
8	地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立循環器呼吸器病センター	239	加算1	第2種
9	独立行政法人国立病院機構　天竜病院	316	加算1	結核
10	浜松医科大学医学部附属病院	613	加算1	指定なし
11	北海道厚生農業協同組合連合会 旭川厚生病院	460	加算1	指定なし
12	茨城県厚生農業協同組合連合会 土浦協同病院	800	加算1	第2種
13	茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院	356	加算1	第2種
14	長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院	419	加算1	第2種
15	長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター 篠ノ井総合病院	433	加算1	指定なし
16	愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院	540	加算1	第2種
17	愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院	606	加算1	第2種
18	愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院	199	加算1	第2種
19	三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院	440	加算1	指定なし
20	三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院	460	加算1	指定なし
21	広島県厚生農業協同組合連合会 JA広島総合病院	531	加算1	指定なし
22	山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院	260	加算1	第2種
23	徳島県厚生農業協同組合連合会 吉野川医療センター	290	加算1	指定なし