



お客様各位

令和 7 年 2 月吉日

大阪市北区曽根崎新地一丁目 1 3 番 2 2 号
株式会社メディコン

バードマグナム ニードル MN1410 及び MN1610 出荷調整に関するお知らせ (第 2 報)

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、令和 6 年 12 月にご案内いたしました弊社取り扱い組織生検針に関わる「バード マグナム ニードル MN1410 及び MN1610 出荷調整に関するお知らせ」(第 1 報)につきまして、お客様に多大なご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。第 2 報としまして、現況及び今後の見通しについて、以下の通りご報告致します。

引き続き一日も早い供給安定化に向け努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

1. 対象型番

カタログ番号	規格	包装単位
MN1410	14G x 100mm	10 入
MN1610	16G x 100mm	10 入

販売名 : バードマグナム ニードル
クラス分類 : [2] 管理医療機器

認証番号 : 20900BZY00186000
一般的名称 : 単回使用組織生検用針

2. 出荷調整発生原因

当該製品の世界的な需要増加と、原材料(針部分)サプライヤーにおける生産量不足により、製造元における製造遅延ひいては国内への入荷遅延が発生しております。

3. 対応状況の進捗について

既存原材料サプライヤーに対し、製造キャパシティの調整および納期改善要望を継続しており、当該サプライヤーからの出荷量の回復は確認できております。同時に検討していた新たな原材料サプライヤーの追加も順調に進捗しており、既に国内入荷できる状態が整っております。

4. 出荷調整終了見込み

状況改善並びに日本への優先供給交渉により、当該製品の国内入荷が回復傾向のため出荷調整の状況緩和が確認できております。ただし、後続入荷予定については依然不安定であるため、誠に申し訳ございませんが、出荷調整は今後も暫くの間継続させていただく予定です。

弊社と致しましては、製造元と連携を図り、一刻も早い供給安定化が実現できるよう努める所存でございます。最新の入荷状況につきましては弊社営業担当までお問い合わせをいただきますよう、お願い申し上げます。

5. 代替候補製品

弊社類似規格製品のご使用も含めて、ご検討の程よろしくお願い致します。

カタログ番号	仕様	規格	包装単位
MC1410	マックスコア ストローク長 22mm	14G x 100mm	5 入
MC1610		16G x 100mm	

販売名：バード モノプティ（マックスコア）

承認番号：20200BZY00725000

クラス分類：[2]管理医療機器

一般的名称：単回使用組織生検用針

以上