



お客様各位

令和7年9月吉日

大阪市北区曽根崎新地一丁目13番22号  
株式会社メイコン

## MISSION™ コアニードル 1816MS/1816MSK 出荷調整に関するお知らせ (第2報 解消)

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、令和6年12月にご案内いたしました弊社取り扱い組織生検針に関わる「MISSION™ コアニードル 1816MS/1816MSK 出荷調整に関するお知らせ」(第1報)につきまして、お客様に多大なご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。第2報としまして、現況及び今後の見通しについて、以下の通りご報告致します。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### - 記 -

#### 1. 対象型番

型番	仕様	規格	包装単位
1816MS	Mission コアニードル	18G x 160mm	5入
1816MSK	Mission コアニードル コアキシャルニードル付	18G x 160mm (コアキシャルニードル 17G x 138mm)	5入

販売名：MISSION コアニードル

認証番号：227ADBZX00049000

クラス分類：[2]管理医療機器

一般的名称：単回使用組織生検用針/導入針

#### 2. 出荷調整発生原因

原材料(針部分)サプライヤーからの供給量が不足し、製造元における製造遅延及び国内への入荷遅れが発生しております。

#### 3. 出対応状況について

既存原材料サプライヤーにおける持続的な製造キャパシティの調整並びに納期の改善により、出荷量の回復が確認でき、出荷調整を解消する目途が立ちました。

#### 4. 出荷調整終了見込み

2025年8月18日を以て国内出荷調整を解消致しました。

以上