

先進医療Bの取り下げについて

告示 番号	先進医療名	適応症	承認 状況	受付日 (取り下げ)	取り下げ理由	医薬品・医療機器情報	申請医療機関	協力医療機関
017	内視鏡下手術 用ロボットを 用いた冠動脈 バイパス手術 (一箇所のみ を吻合するも のに限る。)	虚血性心 疾患	未承認 医療機器	H25. 10. 31	da Vinci Surgical System (Standard)の 関連部品等の一部が 2013年12月31日にて 供給停止となり、試 験の継続が困難と なったため。	・ da Vinci Surgical System Intuitive Surgical社	東京医科大学病 院	金沢大学附属病院