

先進医療Bの申請取下げについて

整理 番号	先進医療名	適応症等	承認 状況	受付日 (取下げ)	取下げ理由	医薬品・医療機器・ 再生医療等製品情報	申請医療機関	協力医療機関
○先進医療Bの申請取下げ								
99	一側性高度感音難聴 に対する人工内耳挿 入術	一側性高度または重度感音難 聴患者	適応外医療 機器	2020年5月29日	実施責任医師が2020年4月より当該医 療機器の製造販売事業者の設置する寄 付講座に異動したことにより、利益相反管 理の上で研究責任医師の変更が必要と なり、申請医療機関からの申請が困難と なったため、申請中の先進医療の取り下 げを行う。 今後については、当該先進医療で用い る医療機器の製造販売業者と利害関係 のない責任医師の下で、他の医療機関か らの申請を検討している。	・メドエル人工内耳SYNCHRONY ・メドエルオーディオプロセッサSONNET ・メドエルインターフェイスMAX ・メドエルインターフェイスMAX(MAESTRO) メドエルジャパン株式会社	国立大学法人信州 大学医学部附属病 院	-