

(別表1)統一試料調査結果一覧表

- ・作業番号順に並べている。
- ・着色部分: 中央値±10%(無機物)・±20%(有機物)を超えるもの、誤検出又は不検出
- ・「-」は不参加項目を示す。

- ・無機物の分析法は1が別表第3、2が別表第5、3が別表第6
- ・有機物の分析法は4が別表第29、5が別表第29の2
- ・逸脱コードは、報告書2(2)の番号に対応している。

六価クロム化合物									
作業番号	ロット	分析法	測定値1			測定値2			逸脱コード
			($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	
124	C	3	2.48	-0.4	-0.12	7.32	-1.7	-0.52	
125	B	3	2.57	3.2	0.96	5.72	4.6	1.37	
126	C	3	2.55	2.4	0.72	7.36	-1.2	-0.36	
127	B	3	2.51	0.8	0.24	5.54	1.3	0.38	
128	C	3	2.46	-1.2	-0.36	7.31	-1.9	-0.56	
129	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	B	3	2.40	-3.6	-1.08	5.31	-2.9	-0.88	
131	C	3	2.47	-0.8	-0.24	7.54	1.2	0.36	
132	B	3	2.49	0.0	0.00	5.49	0.4	0.11	
133	C	3	2.52	1.2	0.36	7.54	1.2	0.36	
134	B	3	2.41	-3.2	-0.96	5.43	-0.7	-0.22	
135	C	3	2.50	0.4	0.12	7.39	-0.8	-0.24	
136	B	3	2.62	5.2	1.57	5.82	6.4	1.92	
137	C	3	2.45	-1.6	-0.48	7.35	-1.3	-0.40	
138	B	3	2.39	-4.0	-1.20	5.37	-1.8	-0.55	
139	C	3	2.48	-0.4	-0.12	7.56	1.5	0.44	
140	B	3	2.44	-2.0	-0.60	5.42	-0.9	-0.27	
141	C	3	2.56	2.8	0.84	7.50	0.7	0.20	
142	B	2	2.44	-2.0	-0.60	5.41	-1.1	-0.33	
143	C	3	2.54	2.0	0.60	7.50	0.7	0.20	
144	B	1	2.41	-3.2	-0.96	5.28	-3.5	-1.04	03
145	C	3	2.52	1.2	0.36	7.49	0.5	0.16	
146	B	3	2.49	0.0	0.00	5.38	-1.6	-0.49	
147	C	3	2.46	-1.2	-0.36	7.15	-4.0	-1.21	02
148	B	3	2.61	4.8	1.45	5.68	3.8	1.15	
149	C	1	2.28	-8.4	-2.53	6.26	-16.0	-4.79	
150	C	3	2.48	-0.4	-0.12	7.49	0.5	0.16	
151	B	3	2.46	-1.2	-0.36	5.42	-0.9	-0.27	
152	B	3	2.50	0.4	0.12	5.48	0.2	0.05	
153	C	3	2.49	0.0	0.00	7.43	-0.3	-0.08	
154	B	3	2.56	2.8	0.84	5.56	1.6	0.49	
155	C	3	2.56	2.8	0.84	7.64	2.6	0.77	
156	B	3	2.47	-0.8	-0.24	5.39	-1.5	-0.44	
157	C	3	2.50	0.4	0.12	7.75	4.0	1.21	
158	B	3	2.50	0.4	0.12	5.52	0.9	0.27	
159	C	3	2.50	0.4	0.12	7.40	-0.7	-0.20	
160	B	3	2.82	13.3	3.98	5.79	5.9	1.76	
161	C	3	2.52	1.2	0.36	7.58	1.7	0.52	
162	B	3	2.67	7.2	2.17	5.37	-1.8	-0.55	
163	C	3	2.54	2.0	0.60	7.59	1.9	0.56	
164	B	3	2.72	9.2	2.77	5.39	-1.5	-0.44	

フェノール類																			
作業番号	ロット	分析法	フェノール	2-クロロフェノール				4-クロロフェノール	2,4-ジクロロフェノール				2,6-ジクロロフェノール			2,4,6-トリクロロフェノール			逸脱コード
			測定値 ($\mu\text{g/L}$)	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	zスコア	測定値 ($\mu\text{g/L}$)	誤差率 (%)	
124	E	4		1.30	-5.2	-0.78						0.94	-2.1	-0.31	1.09	-4.4	-0.66		
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
126	D	4		0.77	-0.1	-0.02			1.49	-2.3	-0.34				1.14	-0.3	-0.05		
127	E	4		1.16	-14.9	-2.23						0.70	-27.1	-4.07	0.86	-24.7	-3.71		
128	D	4		0.79	2.6	0.39			1.50	-1.9	-0.28				0.88	-23.1	-3.46		
129	E	4		1.45	5.7	0.86						1.10	14.8	2.22	1.25	9.0	1.35		
130	D	4		0.79	1.8	0.27			1.54	1.1	0.16				1.17	2.2	0.33		
131	E	4		1.40	2.6	0.38						1.00	4.4	0.66	1.22	6.9	1.04		
132	D	5		0.76	-1.4	-0.21			1.60	4.8	0.72				1.17	1.9	0.29		
133	E	4		1.40	2.1	0.32						0.91	-5.5	-0.83	1.09	-4.7	-0.71		
134	D	4		0.84	8.3	1.24			1.63	6.6	0.99				1.24	8.4	1.26		
135	E	5		1.30	-4.9	-0.74						1.03	7.3	1.10	1.13	-1.4	-0.21		
136	D	4		0.79	1.8	0.27			1.55	1.5	0.22				1.16	1.5	0.22		
137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
138	E	4		1.44	5.6	0.83			1.06			1.10	14.6	2.19	1.13	-1.0	-0.14		
139	D	5		0.81	4.7	0.70			1.69	10.5	1.58				1.24	8.7	1.30		
140	E	5		1.33	-2.9	-0.44						0.96	-0.1	-0.02	1.07	-6.1	-0.92		
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	D	4		0.81	4.1	0.62			1.58	3.5	0.53				1.21	5.7	0.85		
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
146	E	5		1.36	-0.5	-0.08						0.99	3.1	0.47	1.14	-0.8	-0.12		
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	D	4		0.77	-0.9	-0.14			1.53	0.1	0.01				1.18	3.1	0.46		
149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	E	4		1.35	-1.2	-0.19						0.94	-1.8	-0.27	1.12	-2.4	-0.37		
151	D	4		0.77	-0.8	-0.12			1.48	-3.1	-0.47				1.13	-1.7	-0.25		
152	E	4		1.49	8.7	1.31						1.14	19.0	2.85	1.24	8.0	1.21		
153	D	4		0.74	-4.1	-0.62			1.51	-1.3	-0.20				1.14	-0.8	-0.12		
154	E	4		1.44	5.2	0.78						1.01	5.4	0.81	1.21	6.1	0.92		
155	D	4		0.75	-3.6	-0.54			1.34	-12.6	-1.89				0.99	-13.5	-2.02		
156	E	4		1.38	1.0	0.14						0.96	0.0	0.00	1.15	0.5	0.08		
157	D	4		0.74	-4.4	-0.66			1.43	-6.3	-0.94				1.08	-5.2	-0.79		
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
159	E	4		1.21	-11.7	-1.76						0.88	-8.5	-1.27	1.02	-10.8	-1.61		
160	D	5		0.79	1.9	0.29			不検出			1.62			1.16	1.6	0.24		
161	E	4		1.53	11.9	1.78						1.07	12.1	1.82	1.31	14.2	2.12		
162	D	4		0.71	-8.5	-1.28			1.43	-6.5	-0.98				1.01	-11.6	-1.74		
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164	E	4		1.39	1.6	0.24						0.97	1.4	0.20	1.14	-0.2	-0.03		

(別表1)統一試料調査結果一覧表

- ・作業番号順に並べている。
- ・着色部分: 中央値±10%(無機物)・±20%(有機物)を超えるもの、誤検出又は不検出
- ・「-」は不参加項目を示す。

- ・無機物の分析法は1が別表第3、2が別表第5、3が別表第6
- ・有機物の分析法は4が別表第29、5が別表第29の2
- ・逸脱コードは、報告書2(2)の番号に対応している。

六価クロム化合物									逸脱コード
作業番号	ロット	分析法	測定値1	誤差率	zスコア	測定値2	誤差率	zスコア	
			(μg/L)	(%)		(μg/L)	(%)		
288	B	3	2.49	0.0	0.00	5.49	0.4	0.11	
289	C	3	2.50	0.4	0.12	7.58	1.7	0.52	
290	B	3	2.37	-4.8	-1.45	5.07	-7.3	-2.19	
291	C	3	2.53	1.6	0.48	7.28	-2.3	-0.68	
292	B	3	2.54	2.0	0.60	5.63	2.9	0.88	
293	C	3	2.56	2.8	0.84	7.42	-0.4	-0.12	
294	B	3	2.47	-0.8	-0.24	5.55	1.5	0.44	
295	C	3	2.50	0.4	0.12	7.44	-0.1	-0.04	
296	B	2	2.48	-0.4	-0.12	5.43	-0.7	-0.22	
297	C	3	2.42	-2.8	-0.84	7.25	-2.7	-0.81	
298	B	3	2.49	0.0	0.00	5.43	-0.7	-0.22	
299	C	3	2.54	2.0	0.60	7.51	0.8	0.24	
300	B	3	2.41	-3.2	-0.96	5.42	-0.9	-0.27	
301	C	3	2.53	1.6	0.48	7.64	2.6	0.77	
302	B	2	2.51	0.8	0.24	5.46	-0.2	-0.05	
303	C	3	2.48	-0.4	-0.12	7.44	-0.1	-0.04	
304	B	3	2.48	-0.4	-0.12	5.49	0.4	0.11	
305	C	3	2.50	0.4	0.12	7.48	0.4	0.12	
306	B	3	2.54	2.0	0.60	5.50	0.5	0.16	
307	C	3	2.56	2.8	0.84	7.55	1.3	0.40	
308	B	3	2.45	-1.6	-0.48	5.34	-2.4	-0.71	
309	C	3	2.49	0.0	0.00	7.34	-1.5	-0.44	
310	B	3	2.56	2.8	0.84	5.53	1.1	0.33	
311	C	3	2.44	-2.0	-0.60	7.43	-0.3	-0.08	
312	B	3	2.49	0.0	0.00	5.49	0.4	0.11	
313	C	3	2.58	3.6	1.08	7.44	-0.1	-0.04	
314	B	2	2.52	1.2	0.36	5.42	-0.9	-0.27	
315	C	3	2.47	-0.8	-0.24	7.26	-2.6	-0.77	
316	B	3	2.52	1.2	0.36	5.46	-0.2	-0.05	
317	C	3	2.46	-1.2	-0.36	7.36	-1.2	-0.36	
318	B	3	2.63	5.6	1.69	5.82	6.4	1.92	
319	C	3	2.42	-2.8	-0.84	7.39	-0.8	-0.24	
320	B	1	2.49	0.0	0.00	5.51	0.7	0.22	
321	C	3	2.55	2.4	0.72	7.45	0.0	0.00	
322	B	1	2.39	-4.0	-1.20	5.37	-1.8	-0.55	
323	C	3	2.52	1.2	0.36	7.41	-0.5	-0.16	
324	B	3	2.60	4.4	1.33	5.47	0.0	0.00	
325	C	3	2.47	-0.8	-0.24	7.42	-0.4	-0.12	
326	B	3	2.48	-0.4	-0.12	5.47	0.0	0.00	
327	C	2	2.60	4.4	1.33	7.19	-3.5	-1.05	
328	B	3	2.46	-1.2	-0.36	5.35	-2.2	-0.66	

フェノール類																逸脱コード				
作業番号	ロット	分析法	フェノール		2-クロロフェノール				4-クロロフェノール		2,4-ジクロロフェノール			2,6-ジクロロフェノール			2,4,6-トリクロロフェノール			
			測定値	測定値	測定値	測定値	誤差率	zスコア	測定値	測定値	誤差率	zスコア	測定値	誤差率	zスコア	測定値	誤差率	zスコア		
288	E	4		1.38	1.2	0.19							0.98	2.4	0.36	1.17	2.0	0.30		
289	D	5		0.75	-2.7	-0.41				1.47	-4.1	-0.61				1.15	0.8	0.12		
290	E	4		1.40	2.0	0.31						0.97	1.6	0.23	1.20	5.2	0.77			
291	D	4		0.79	2.1	0.31				1.58	3.4	0.52				1.19	4.0	0.60		
292	E	4		1.39	1.4	0.21						1.01	5.2	0.78	1.19	3.8	0.58			
293	D	4		0.77	-0.4	-0.06				1.49	-2.5	-0.37				1.14	-0.5	-0.08		
294	E	4		1.40	2.6	0.40						1.01	5.4	0.81	1.22	6.6	0.98			
295	D	4		0.78	0.1	0.02				1.51	-1.3	-0.19				1.16	1.4	0.21		
296	E	4		1.54	12.3	1.84						1.05	9.3	1.39	1.25	9.4	1.40			
297	D	4		0.73	-5.4	-0.81				1.15	-24.7	-3.71				1.02	-11.2	-1.68		
298	E	4		1.41	2.8	0.42						0.94	-1.6	-0.23	1.09	-4.5	-0.68			
299	D	4		0.89	15.2	2.29				1.80	17.7	2.66				1.32	15.5	2.32		
300	E	4		1.31	-3.9	-0.58				0.86				不検出		0.96	-16.3	-2.44		
301	D	4		0.82	6.2	0.93				1.40	-8.3	-1.25				1.13	-1.0	-0.14		
302	E	4		1.48	8.6	1.28						1.04	8.4	1.25	1.21	5.9	0.89			
303	D	4		0.71	-8.5	-1.28				1.39	-8.7	-1.31				1.13	-1.0	-0.16		
304	E	4		1.39	2.0	0.30						0.98	2.7	0.41	1.14	-0.4	-0.07			
305	D	4		0.77	-0.6	-0.10				1.62	5.9	0.89				1.19	4.1	0.62		
306	E	4		1.47	7.5	1.12						0.92	-3.8	-0.56	1.17	2.4	0.35			
307	D	4		0.82	5.3	0.79				1.52	-0.8	-0.12				1.13	-1.2	-0.18		
308	E	4		1.43	4.8	0.72						0.99	3.5	0.53	1.18	3.5	0.52			
309	D	4		0.78	1.3	0.19				1.51	-1.3	-0.20				1.15	0.9	0.13		
310	E	4		1.35	-1.1	-0.16						0.98	2.0	0.30	1.17	1.8	0.28			
311	D	4		0.81	4.4	0.66				1.55	1.4	0.21				1.18	3.1	0.46		
312	E	4		1.37	0.4	0.07						0.97	1.3	0.19	1.11	-3.0	-0.45			
313	D	4		0.76	-2.3	-0.35				1.53	0.4	0.05				1.20	5.0	0.75		
314	E	4		1.18	-14.0	-2.11						0.86	-10.0	-1.50	1.06	-7.4	-1.11			
315	D	4		0.75	-3.7	-0.56				1.49	-2.5	-0.38				1.09	-4.5	-0.67		
316	E	4		1.45	6.1	0.92						0.98	2.3	0.34	1.13	-1.6	-0.24			
317	D	4		0.76	-1.6	-0.23				1.56	1.8	0.27				1.23	7.8	1.17		
318	E	4		1.35	-1.5	-0.23						0.93	-2.9	-0.44	1.14	-0.1	-0.01			
319	D	4		0.73	-5.3	-0.79				1.74	13.9	2.09				1.20	5.0	0.75		
320	E	4		1.35	-1.5	-0.22						0.99	3.8	0.56	1.15	0.4	0.07			
321	D	4		0.71	-8.0	-1.20				1.41	-8.0	-1.19				1.08	-5.9	-0.89		
322	E	4		1.42	4.2	0.63						1.01	5.6	0.85	1.20	4.6	0.69			
323	D	4		0.72	-6.8	-1.03				1.39	-9.1	-1.36				1.02	-11.1	-1.67		
324	E	4		1.43	4.5	0.67						1.00	4.4	0.66	1.07	-6.2	-0.93			
325	D	4		0.76	-2.2	-0.33				1.47	-4.0	-0.60				1.13	-1.5	-0.22		
326	E	5		1.41	2.8	0.42						0.96	0.0	0.00	1.20	4.8	0.72			
327	D	4		0.76	-1.3	-0.19				1.44	-5.8	-0.87				1.19	3.7	0.55		
328	E	4		1.36	-0.9	-0.13						0.96	0.0	0.00	1.14	-0.1	-0.01			

(別表1)統一試料調査結果一覧表

- ・作業番号順に並べている。
- ・着色部分：中央値±10%（無機物）・±20%（有機物）を超えるもの、誤検出又は不検出
- ・「-」は不参加項目を示す。

- ・無機物の分析法は1が別表第3、2が別表第5、3が別表第6
- ・有機物の分析法は4が別表第29、5が別表第29の2
- ・逸脱コードは、報告書2(2)の番号に対応している。

六価クロム化合物									
作業番号	ロット	分析法	測定値1	誤差率	zスコア	測定値2	誤差率	zスコア	逸脱コード
			(μg/L)	(%)		(μg/L)	(%)		
329	C	3	2.50	0.4	0.12	7.69	3.2	0.97	
330	B	3	2.42	-2.8	-0.84	5.30	-3.1	-0.93	
331	C	3	2.41	-3.2	-0.96	7.33	-1.6	-0.48	
332	B	3	2.54	2.0	0.60	5.60	2.4	0.71	
333	C	3	2.49	0.0	0.00	7.47	0.3	0.08	
334	B	3	2.56	2.8	0.84	5.37	-1.8	-0.55	
335	C	3	2.52	1.2	0.36	7.51	0.8	0.24	
336	B	3	2.41	-3.2	-0.96	5.35	-2.2	-0.66	
337	C	3	2.51	0.8	0.24	7.47	0.3	0.08	
338	B	3	2.34	-6.0	-1.81	5.32	-2.7	-0.82	
339	C	3	2.53	1.6	0.48	7.49	0.5	0.16	
340	B	3	2.53	1.6	0.48	5.57	1.8	0.55	
341	C	3	2.50	0.4	0.12	7.49	0.5	0.16	
342	B	3	2.44	-2.0	-0.60	5.28	-3.5	-1.04	
343	C	3	2.45	-1.6	-0.48	7.26	-2.6	-0.77	
344	B	3	2.52	1.2	0.36	5.61	2.6	0.77	
345	C	2	2.42	-2.8	-0.84	7.30	-2.0	-0.60	
346	B	3	2.54	2.0	0.60	5.47	0.0	0.00	
347	C	3	2.55	2.4	0.72	7.45	0.0	0.00	
348	B	3	2.50	0.4	0.12	5.46	-0.2	-0.05	
349	C	3	2.46	-1.2	-0.36	7.38	-0.9	-0.28	
350	B	2	2.74	10.04	3.01	5.86	7.1	2.14	
351	C	3	2.47	-0.8	-0.24	7.33	-1.6	-0.48	
352	B	2	2.51	0.8	0.24	5.50	0.5	0.16	
353	C	3	2.43	-2.4	-0.72	7.34	-1.5	-0.44	
354	B	3	2.47	-0.8	-0.24	5.45	-0.4	-0.11	
355	C	3	2.50	0.4	0.12	7.46	0.1	0.04	
356	B	3	2.49	0.0	0.00	5.50	0.5	0.16	
357	C	3	2.47	-0.8	-0.24	7.33	-1.6	-0.48	
358	B	3	2.50	0.4	0.12	5.45	-0.4	-0.11	
359	C	3	2.50	0.4	0.12	7.47	0.3	0.08	
360	B	3	2.54	2.0	0.60	5.66	3.5	1.04	
361	C	2	2.52	1.2	0.36	7.51	0.8	0.24	
362	B	3	2.53	1.6	0.48	5.60	2.4	0.71	
363	C	3	2.50	0.4	0.12	7.46	0.1	0.04	
364	B	3	2.56	2.8	0.84	5.54	1.3	0.38	
365	C	3	2.50	0.4	0.12	7.50	0.7	0.20	
366	B	3	2.54	2.0	0.60	5.51	0.7	0.22	
367	C	3	2.50	0.4	0.12	7.58	1.7	0.52	
368	B	3	2.48	-0.4	-0.12	5.40	-1.3	-0.38	
369	C	3	2.57	3.2	0.96	7.80	4.7	1.41	

フェノール類																						
作業番号	ロット	分析法	フェノール				2-クロロフェノール				4-クロロフェノール	2,4-ジクロロフェノール				2,6-ジクロロフェノール			2,4,6-トリクロロフェノール			逸脱コード
			測定値(μg/L)	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア		
329	D	4		0.76	-1.4	-0.21					1.58	3.2	0.49				1.15	0.9	0.13			
330	E	5		1.44	5.3	0.79								0.98	2.1	0.31	1.16	1.0	0.16			
331	D	4		0.79	1.4	0.21					1.50	-1.7	-0.25				1.19	4.1	0.62			
332	E	4		1.41	3.4	0.50							0.96	0.4	0.06	1.18	2.8	0.42				
333	D	4		0.76	-1.4	-0.21					1.49	-2.3	-0.34				1.09	-4.5	-0.67			
334	E	4		1.29	-5.3	-0.80							0.87	-9.6	-1.44	0.97	-15.6	-2.35				
335	D	4		0.77	-0.6	-0.10					1.57	2.7	0.41				1.12	-2.0	-0.30			
336	E	4		1.40	2.7	0.41							0.97	1.5	0.22	1.15	0.7	0.10				
337	D	5		0.79	2.1	0.31					1.52	-0.8	-0.11				1.18	3.5	0.52			
338	E	4		1.34	-1.9	-0.29							0.53	-44.8	-6.72	不検出						
339	D	4		0.76	-1.9	-0.29					1.44	-5.6	-0.84				0.94	-17.7	-2.65			
340	E	4		1.35	-1.0	-0.15							0.96	-0.3	-0.05	1.15	0.6	0.09				
341	D	4		0.76	-1.9	-0.29					1.49	-2.6	-0.39				1.13	-1.6	-0.24			
342	E	4		1.34	-1.8	-0.26							0.94	-1.5	-0.22	1.15	0.8	0.12				
343	D	4		0.86	10.9	1.63					1.68	10.2	1.53				1.23	7.2	1.08			
344	E	4		1.34	-1.8	-0.26							0.88	-8.7	-1.30	0.98	-14.1	-2.11				
345	D	4		0.76	-2.2	-0.33					不検出		1.44			1.07	-6.5	-0.97				
346	E	4		1.33	-2.6	-0.38							0.93	-3.0	-0.45	1.08	-5.4	-0.81				
347	D	5		0.74	-4.0	-0.60					1.54	0.6	0.09				1.15	0.2	0.03			
348	E	4		1.50	9.7	1.46							1.03	7.8	1.17	1.20	5.1	0.76				
349	D	4		0.76	-1.9	-0.29					1.51	-1.1	-0.16				1.15	0.4	0.07			
350	E	4		1.41	2.8	0.42							0.98	2.3	0.34	1.18	2.8	0.42				
351	D	4		0.80	3.5	0.52					1.64	7.4	1.10				1.20	4.6	0.69			
352	E	4		1.34	-1.9	-0.29							0.89	-7.6	-1.14	1.04	-8.9	-1.34				
353	D	5		0.80	3.1	0.47					1.37	-10.4	-1.56				0.96	-15.7	-2.36			
354	E	4		1.33	-2.6	-0.38							0.90	-6.1	-0.91	1.07	-6.5	-0.97				
355	D	4		0.82	5.8	0.87					1.62	6.3	0.95				1.23	7.3	1.09			
356	E	4		1.40	2.4	0.36							0.97	1.4	0.20	1.12	-2.2	-0.33				
357	D	4		0.74	-4.8	-0.72					1.38	-9.7	-1.45				1.11	-2.7	-0.41			
358	E	5		1.51	10.5	1.57							0.99	3.3	0.50	1.00	-13.0	-1.95				
359	D	4		0.72	-6.7	-1.01					1.49	-2.4	-0.36				1.10	-3.8	-0.56			
360	E	4		1.17	-14.5	-2.17							0.87	-9.4	-1.41	0.96	-16.1	-2.41				
361	D	4		0.80	3.4	0.50					1.54	0.5	0.07				1.14	-0.2	-0.03			
362	E	4		1.43	4.5	0.68							0.97	1.7	0.25	1.15	0.7	0.10				
363	D	4		0.80	3.0	0.45					1.53	0.3	0.04				1.17	2.0	0.30			
364	E	4		1.42	4.2	0.63							1.00	4.2	0.63	1.14	-0.1	-0.01				
365	D	5		0.97	25.2	3.78					1.91	24.8	3.72				1.40	22.5	3.37			
366	E	4		1.38	0.6	0.09							0.97	0.8	0.13	1.18	3.2	0.49				
367	D	4		0.83	7.4	1.10					1.58	3.2	0.48				1.16	1.7	0.25			
368	E	4		1.45	6.1	0.92							1.01	5.0	0.75	1.19	4.4	0.66				
369	D	4		0.76	-1.7	-0.25					1.49	-2.3	-0.34				1.09	-4.5	-0.68			

(別表1)統一試料調査結果一覧表

- ・作業番号順に並べている。
- ・着色部分: 中央値±10%(無機物)・±20%(有機物)を超えるもの、誤検出又は不検出
- ・「-」は不参加項目を示す。

- ・無機物の分析法は1が別表第3、2が別表第5、3が別表第6
- ・有機物の分析法は4が別表第29、5が別表第29の2
- ・逸脱コードは、報告書2(2)の番号に対応している。

六価クロム化合物									逸脱コード
作業番号	ロット	分析法	測定値1	誤差率	zスコア	測定値2	誤差率	zスコア	逸脱コード
			(μg/L)	(%)		(μg/L)	(%)		
370	B	3	2.55	2.4	0.72	5.49	0.4	0.11	
371	C	3	2.40	-3.6	-1.08	7.39	-0.8	-0.24	
372	B	2	2.47	-0.8	-0.24	5.12	-6.4	-1.92	
373	C	3	2.56	2.8	0.84	7.49	0.5	0.16	
374	B	3	2.55	2.4	0.72	5.56	1.6	0.49	
375	C	3	2.45	-1.6	-0.48	7.39	-0.8	-0.24	
376	B	3	2.62	5.2	1.57	5.76	5.3	1.59	
377	C	3	2.60	4.4	1.33	7.52	0.9	0.28	
378	B	3	2.51	0.8	0.24	5.51	0.7	0.22	
379	C	3	2.49	0.0	0.00	7.49	0.5	0.16	
380	C	3	2.54	2.0	0.60	7.45	0.0	0.00	
381	B	3	2.53	1.6	0.48	5.44	-0.5	-0.16	
382	C	3	2.56	2.8	0.84	7.55	1.3	0.40	
383	B	3	2.47	-0.8	-0.24	5.42	-0.9	-0.27	
384	C	3	2.53	1.6	0.48	7.51	0.8	0.24	
385	B	3	2.40	-3.6	-1.08	5.37	-1.8	-0.55	
386	C	3	2.46	-1.2	-0.36	7.23	-3.0	-0.89	
387	B	3	2.58	3.6	1.08	5.60	2.4	0.71	
388	C	3	2.24	-10.04	-3.01	6.77	-9.1	-2.74	
389	B	3	2.50	0.4	0.12	5.52	0.9	0.27	
390	C	3	2.50	0.4	0.12	7.42	-0.4	-0.12	
391	B	3	2.55	2.4	0.72	5.53	1.1	0.33	
392	C	3	2.57	3.2	0.96	7.76	4.2	1.25	
393	B	3	2.51	0.8	0.24	5.50	0.5	0.16	
394	C	3	2.38	-4.4	-1.33	7.23	-3.0	-0.89	
395	B	3	2.48	-0.4	-0.12	5.29	-3.3	-0.99	
396	C	3	2.58	3.6	1.08	13.72	84.2	25.25	
397	B	3	2.41	-3.2	-0.96	5.12	-6.4	-1.92	
398	C	3	2.41	-3.2	-0.96	7.46	0.1	0.04	
399	B	3	2.46	-1.2	-0.36	5.49	0.4	0.11	
400	C	3	2.57	3.2	0.96	7.49	0.5	0.16	
401	C	3	2.52	1.2	0.36	7.26	-2.6	-0.77	
402	B	1	2.65	6.4	1.93	5.83	6.6	1.97	
403	C	1	2.51	0.8	0.24	7.63	2.4	0.72	
404	B	3	2.51	0.8	0.24	5.53	1.1	0.33	
405	C	2	2.40	-3.6	-1.08	7.18	-3.6	-1.09	

フェノール類															逸脱コード		
作業番号	ロット	分析法	フェノール	2-クロロフェノール			4-クロロフェノール	2,4-ジクロロフェノール			2,6-ジクロロフェノール			2,4,6-トリクロロフェノール			逸脱コード
			測定値(μg/L)	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	測定値(μg/L)	誤差率(%)	zスコア	
370	E	4		1.29	-5.3	-0.80		0.95			不検出			1.04	-8.9	-1.34	
371	D	4		0.73	-6.2	-0.93		不検出			1.28			1.01	-11.5	-1.72	
372	E	4		1.28	-6.1	-0.91					0.92	-3.8	-0.56	1.05	-8.1	-1.22	
373	D	4		0.78	0.8	0.12		1.51	-1.0	-0.15				1.12	-1.7	-0.26	
374	E	4		1.33	-2.7	-0.41					1.07	12.0	1.80	1.19	4.1	0.62	
375	D	4		0.68	-11.9	-1.78		1.46	-4.4	-0.65				1.11	-3.1	-0.46	
376	E	4		1.28	-6.1	-0.92					0.90	-6.1	-0.91	0.99	-13.1	-1.97	
377	D	4		0.80	3.7	0.56		1.51	-1.5	-0.22				1.11	-3.4	-0.51	
378	E	4		135.0	9775.6	1466.35					96.4	9962.6	1494.39	113.0	9777.6	1466.64	
379	E	4		1.41	3.2	0.48		0.92			不検出			1.07	-6.6	-0.98	
380	D	4		0.76	-1.6	-0.23		1.58	3.7	0.55				1.18	3.5	0.52	
381	E	4		1.30	-4.8	-0.71					0.90	-5.7	-0.86	1.12	-2.0	-0.30	
382	D	4		0.79	2.3	0.35		1.56	2.1	0.31				1.16	1.7	0.26	
383	E	4		1.36	-0.4	-0.05					0.94	-2.1	-0.31	1.17	2.4	0.35	
384	D	4		0.77	-0.1	-0.02		1.50	-2.1	-0.32				1.15	0.9	0.13	
385	E	4		1.32	-3.1	-0.47					0.91	-5.2	-0.78	1.09	-5.1	-0.76	
386	D	5		0.77	-1.0	-0.16		1.63	6.8	1.03				1.15	0.3	0.05	
387	E	4		1.45	6.1	0.92					1.00	4.6	0.69	1.18	3.2	0.49	
388	D	4		0.74	-4.8	-0.72		不検出			1.46			1.11	-3.1	-0.46	
389	E	4		1.47	7.7	1.15		0.99			不検出			1.21	5.4	0.81	
390	D	4		0.63	-18.6	-2.79		1.51	-1.3	-0.20				1.06	-7.7	-1.15	
391	E	4		1.28	-6.6	-0.99		0.87			不検出			1.00	-12.8	-1.91	
392	D	4		0.74	-4.3	-0.64		1.45	-5.1	-0.77				1.10	-3.7	-0.55	
393	E	4		1.40	2.6	0.40					1.02	6.9	1.03	1.18	3.4	0.51	
394	D	4		0.77	0.0	0.00		不検出			1.55			1.11	-2.6	-0.39	
395	E	4		1.31	-4.0	-0.60					0.90	-6.1	-0.91	1.17	2.4	0.35	
396	D	4		0.76	-1.9	-0.29		1.43	-6.5	-0.98				1.09	-4.9	-0.73	
397	E	4		1.38	1.1	0.16					0.86	-10.6	-1.60	1.00	-13.0	-1.95	
398	D	5		0.72	-7.5	-1.12		1.40	-8.3	-1.24				1.10	-3.8	-0.58	
399	E	4		1.34	-2.0	-0.30					0.95	-1.1	-0.17	1.09	-4.5	-0.68	
400	D	4		0.82	6.1	0.91		1.67	9.1	1.36				1.25	9.1	1.36	
401	E	5		1.40	2.0	0.31					0.99	3.0	0.45	1.16	1.3	0.20	
402	D	4		0.72	-6.8	-1.03		1.26	-17.4	-2.62				1.12	-2.2	-0.33	
403	E	4		1.29	-5.3	-0.80					0.93	-3.1	-0.47	1.05	-8.0	-1.21	
404	D	4		0.80	3.1	0.47		1.54	0.7	0.10				1.19	3.8	0.58	
405	E	4	1.27	1.22	-11.1	-1.67					0.91	-5.5	-0.83	1.15	0.5	0.08	

(別表2-1) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
1	一般社団法人群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター
2	一般財団法人静岡県生活科学検査センター
3	一般財団法人 宮城県公衆衛生協会
4	公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
5	一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター
7	一般財団法人鹿児島県環境技術協会
8	一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
9	一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
10	一般財団法人宮崎県公衆衛生センター
11	一般財団法人三重県環境保全事業団
12	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター
14	一般財団法人 北陸保健衛生研究所
16	一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
17	一般社団法人長野県薬剤師会
18	一般社団法人 長野市薬剤師会
19	一般社団法人上田薬剤師会
20	一般社団法人上伊那薬剤師会
21	一般財団法人中部公衆医学研究所
23	一般財団法人山形県理化学分析センター
24	一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
26	一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所
27	一般財団法人上越環境科学センター
28	公益財団法人島根県環境保健公社

登録番号	名称
29	一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター
30	一般社団法人 京都微生物研究所
31	公益社団法人長崎県食品衛生協会
33	一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
38	一般財団法人北里環境科学センター
40	一般社団法人 香川県薬剤師会
43	一般財団法人 九州環境管理協会
44	公益社団法人大分県薬剤師会
45	一般社団法人 和歌山県薬剤師会
46	公益財団法人北九州生活科学センター
47	一般財団法人 下越総合健康開発センター
49	一般社団法人東京都食品衛生協会
50	一般財団法人 沖縄県環境科学センター
51	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
53	一般社団法人徳島県薬剤師会
54	公益財団法人山口県予防保健協会
56	一般社団法人 山梨県食品衛生協会
57	一般社団法人高知県食品衛生協会
58	公益財団法人岡山県健康づくり財団
59	公益財団法人秋田県総合保健事業団
60	公益財団法人ひょうご環境創造協会
62	一般財団法人広島県環境保健協会
63	公益社団法人富山県薬剤師会

(別表2-1) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
64	公益財団法人愛媛県総合保健協会
65	一般社団法人県央研究所
66	一般社団法人 愛知県薬剤師会
67	株式会社東海分析化学研究所
68	学校法人香川学園宇部環境技術センター
69	株式会社コーエキ
70	内藤環境管理株式会社
71	一般財団法人中部微生物研究所
72	株式会社 日吉
73	株式会社エヌ・イーサポート
75	株式会社 江東微生物研究所
76	平成理研株式会社
77	株式会社環境公害センター
78	株式会社環境科学研究所
79	株式会社 太平環境科学センター
82	東亜環境サービス株式会社
83	株式会社信濃公害研究所
84	常磐開発株式会社
88	株式会社環境測定サービス
89	中外テクノス株式会社
90	株式会社南西環境研究所
91	株式会社ユニケミー
92	公益財団法人 福島県保健衛生協会

登録番号	名称
93	株式会社野田市電子
94	株式会社沖縄環境分析センター
95	一般財団法人有明環境整備公社
96	環境未来株式会社
97	株式会社科学技術開発センター
98	一般財団法人 東京顕微鏡院
100	株式会社東邦微生物病研究所
101	福島県環境検査センター株式会社
102	株式会社東海テクノ
104	株式会社日本総合科学
105	株式会社環境技術センター
106	一般財団法人 千葉県環境財団
107	オーヤラックスクリーンサービス株式会社
108	日鉄テクノロジー株式会社
110	株式会社 総合保健センター
111	株式会社 大東環境科学
113	環境保全株式会社
114	株式会社メイキョー
117	株式会社東洋技研
118	夏原工業株式会社
119	株式会社 イズミテック
120	株式会社ENJEC
121	一般社団法人浜松市薬剤師会

(別表2-1) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
123	株式会社 微研テクノス
125	富士企業株式会社
126	株式会社静環検査センター
127	東北環境開発株式会社
128	株式会社 愛研
129	(株)環境保全コンサルタント
130	オルガノ株式会社
131	公益財団法人 鳥取県保健事業団
132	株式会社神鋼環境ソリューション
133	株式会社環境科学研究所
134	株式会社西日本技術コンサルタント
135	いであ株式会社
136	株式会社 東洋検査センター
138	株式会社 同仁グローバル
139	一般財団法人日本食品分析センター
142	株式会社 上総環境調査センター
143	株式会社アサヒテクノリサーチ
146	ユーロフィン日本環境株式会社
148	藤吉工業株式会社
149	一般財団法人東海技術センター
151	株式会社鹿児島環境測定分析センター
153	株式会社三計テクノス
154	株式会社秋田県分析化学センター

登録番号	名称
155	株式会社 山梨県環境科学検査センター
156	公益社団法人北九州市薬剤師会
157	前澤工業株式会社
158	株式会社那須環境技術センター
159	株式会社総合水研究所
160	株式会社環境総合リサーチ
161	一般財団法人栃木県環境技術協会
162	株式会社 北陸環境科学研究所
163	日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
164	環水工房有限会社
165	日本衛生株式会社
166	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
167	株式会社環境理化学研究所
170	東京テクニカル・サービス株式会社
171	エスク株式会社
172	西部環境調査株式会社
173	株式会社総研
174	公益財団法人 福岡県すこやか健康事業団
177	株式会社エクスラン・テクニカル・センター
179	芝浦セムテック株式会社
180	新栄地研株式会社
181	株式会社ダイワ
182	株式会社安全性研究センター

(別表2-1) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
183	株式会社コスモ環境衛生コンサルタント
184	株式会社ビー・エム・エル
185	株式会社環境リサーチ
187	株式会社中国環境分析センター
189	日本水処理工業株式会社
190	アクアス株式会社
191	株式会社東洋環境分析センター
192	クリタ分析センター株式会社 厚木事業所
192	クリタ分析センター株式会社 滋賀事業所
193	福井県環境保全協業組合
195	ゼオンノース株式会社
196	エヌエス環境株式会社
198	株式会社エオネックス
201	株式会社新環境分析センター
203	株式会社CRC食品環境衛生研究所
205	株式会社 公清企業
207	東海プラント株式会社
208	株式会社 環境技研
209	環境コンサルタント株式会社
211	株式会社ユーベック
212	株式会社兵庫分析センター
213	株式会社保健科学東日本
214	ニチゴー九州株式会社

登録番号	名称
217	株式会社 産業公害・医学研究所 八戸分室
218	株式会社 ケイ・エス分析センター
219	株式会社トータル環境システム
222	野村興産株式会社
224	株式会社総合環境分析
226	株式会社エフウォーターマネジメント
227	株式会社環境計量センター
228	株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ
229	株式会社 日本環境技術センター
230	日本総合住生活株式会社
231	株式会社理研分析センター
232	株式会社ジーエス環境科学研究所
233	株式会社東洋電化テクノリサーチ
234	北海道エア・ウォーター株式会社
235	日鉄環境株式会社
236	サイエンスマイクロ株式会社
240	株式会社日本分析
241	株式会社ブルーム
242	株式会社環境分析センター
243	株式会社三井開発
244	株式会社第一岸本臨床検査センター
246	株式会社MCエバテック
247	株式会社再春館安心安全研究所

(別表2-1) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
248	株式会社 沖縄環境保全研究所
250	株式会社環境衛生科学研究所
251	株式会社 県南環境
252	株式会社 環境技研
253	株式会社イオ
254	西日本環境リサーチ株式会社
255	日本環境科学株式会社
256	株式会社西条環境分析センター
257	株式会社テクノサイエンス
259	株式会社 HER
260	ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
261	株式会社ショウエイ
262	地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
264	一般財団法人関西環境管理技術センター
265	株式会社エステム
266	ヒロエンジニアリング株式会社
267	一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター
268	株式会社 環境防災

(別表2-2) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
1	一般社団法人群馬県薬剤師会 環境衛生試験センター
2	一般財団法人静岡県生活科学検査センター
3	一般財団法人 宮城県公衆衛生協会
4	公益財団法人宮城県公害衛生検査センター
5	一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター
7	一般財団法人鹿児島県環境技術協会
8	一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
9	一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
10	一般財団法人宮崎県公衆衛生センター
11	一般財団法人三重県環境保全事業団
12	一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター
14	一般財団法人 北陸保健衛生研究所
16	一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
17	一般社団法人長野県薬剤師会
18	一般社団法人 長野市薬剤師会
19	一般社団法人上田薬剤師会
21	一般財団法人中部公衆医学研究所
23	一般財団法人山形県理化学分析センター
24	一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
26	一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所
27	一般財団法人上越環境科学センター
28	公益財団法人島根県環境保健公社
29	一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

登録番号	名称
30	一般社団法人 京都微生物研究所
31	公益社団法人長崎県食品衛生協会
33	一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
38	一般財団法人北里環境科学センター
40	一般社団法人 香川県薬剤師会
43	一般財団法人 九州環境管理協会
44	公益社団法人大分県薬剤師会
45	一般社団法人 和歌山県薬剤師会
46	公益財団法人北九州生活科学センター
47	一般財団法人 下越総合健康開発センター
49	一般社団法人東京都食品衛生協会
50	一般財団法人 沖縄県環境科学センター
53	一般社団法人徳島県薬剤師会
54	公益財団法人山口県予防保健協会
56	一般社団法人 山梨県食品衛生協会
57	一般社団法人高知県食品衛生協会
58	公益財団法人岡山県健康づくり財団
59	公益財団法人秋田県総合保健事業団
60	公益財団法人ひょうご環境創造協会
62	一般財団法人広島県環境保健協会
63	公益社団法人富山県薬剤師会
64	公益財団法人愛媛県総合保健協会
65	一般社団法人県央研究所

(別表2-2) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
66	一般社団法人 愛知県薬剤師会
67	株式会社東海分析化学研究所
68	学校法人香川学園宇部環境技術センター
69	株式会社コーエキ
70	内藤環境管理株式会社
71	一般財団法人中部微生物研究所
72	株式会社 日吉
73	株式会社エヌ・イーサポート
75	株式会社 江東微生物研究所
76	平成理研株式会社
77	株式会社環境公害センター
78	株式会社環境科学研究所
79	株式会社 太平環境科学センター
80	株式会社丹野
83	株式会社信濃公害研究所
84	常磐開発株式会社
87	株式会社群馬分析センター
88	株式会社環境測定サービス
89	中外テクノス株式会社
90	株式会社南西環境研究所
91	株式会社ユニケミー
92	公益財団法人 福島県保健衛生協会
95	一般財団法人有明環境整備公社

登録番号	名称
96	環境未来株式会社
97	株式会社科学技術開発センター
98	一般財団法人 東京顕微鏡院
100	株式会社東邦微生物病研究所
101	福島県環境検査センター株式会社
102	株式会社東海テクノ
104	株式会社日本総合科学
105	株式会社環境技術センター
106	一般財団法人 千葉県環境財団
107	オーヤラックスクリーンサービス株式会社
108	日鉄テクノロジー株式会社
110	株式会社 総合保健センター
111	株式会社 大東環境科学
113	環境保全株式会社
114	株式会社メイキョー
117	株式会社東洋技研
118	夏原工業株式会社
119	株式会社 イズミテック
120	株式会社ENJEC
121	一般社団法人浜松市薬剤師会
123	株式会社 微研テクノス
125	富士企業株式会社
126	株式会社静環検査センター

(別表2-2) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
127	東北環境開発株式会社
128	株式会社 愛研
129	㈱環境保全コンサルタント
131	公益財団法人 鳥取県保健事業団
132	株式会社神鋼環境ソリューション
133	株式会社環境科学研究所
134	株式会社西日本技術コンサルタント
135	いであ株式会社
136	株式会社 東洋検査センター
138	株式会社 同仁グローバル
139	一般財団法人日本食品分析センター
142	株式会社 上総環境調査センター
143	株式会社アサヒテクノロジーサーチ
146	ユーロフィン日本環境株式会社
148	藤吉工業株式会社
149	一般財団法人東海技術センター
151	株式会社鹿児島環境測定分析センター
153	株式会社三計テクノス
155	株式会社 山梨県環境科学検査センター
156	公益社団法人北九州市薬剤師会
157	前澤工業株式会社
158	株式会社那須環境技術センター
159	株式会社総合水研究所

登録番号	名称
161	一般財団法人栃木県環境技術協会
162	株式会社 北陸環境科学研究所
163	日本メンテナンスエンジニアリング株式会社
164	環水工房有限公司
165	日本衛生株式会社
166	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
167	株式会社環境理化学研究所
170	東京テクニカル・サービス株式会社
171	エスク株式会社
172	西部環境調査株式会社
173	株式会社総研
174	公益財団法人 福岡県すこやか健康事業団
175	四国計測工業株式会社
179	芝浦セムテック株式会社
180	新栄地研株式会社
181	株式会社ダイワ
183	株式会社コスモ環境衛生コンサルタント
184	株式会社ビー・エム・エル
185	株式会社環境リサーチ
187	株式会社中国環境分析センター
188	株式会社北炭ゼネラルサービス
189	日本水処理工業株式会社
190	アクアス株式会社

(別表2-2) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
191	株式会社東洋環境分析センター
192	クリタ分析センター株式会社 厚木事業所
192	クリタ分析センター株式会社 滋賀事業所
193	福井県環境保全協業組合
195	ゼオンノース株式会社
196	エヌエス環境株式会社
198	株式会社エオネクス
201	株式会社新環境分析センター
202	カンエイ実業株式会社
203	株式会社CRC食品環境衛生研究所
205	株式会社 公清企業
207	東海プラント株式会社
208	株式会社 環境技研
209	環境コンサルタント株式会社
211	株式会社ユーベック
212	株式会社兵庫分析センター
213	株式会社保健科学東日本
217	株式会社 産業公害・医学研究所 八戸分室
218	株式会社 ケイ・エス分析センター
219	株式会社トータル環境システム
222	野村興産株式会社
224	株式会社総合環境分析
226	株式会社エフウォーターマネジメント

登録番号	名称
227	株式会社環境計量センター
228	株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ
229	株式会社 日本環境技術センター
231	株式会社理研分析センター
232	株式会社ジーエス環境科学研究所
233	株式会社東洋電化テクノリサーチ
234	北海道エア・ウォーター株式会社
235	日鉄環境株式会社
236	サイエンスマイクロ株式会社
240	株式会社日本分析
242	株式会社環境分析センター
244	株式会社第一岸本臨床検査センター
246	株式会社MCエバテック
247	株式会社再春館安心安全研究所
250	株式会社環境衛生科学研究所
251	株式会社 県南環境
252	株式会社 環境技研
253	株式会社イオ
255	日本環境科学株式会社
257	株式会社テクノサイエンス
258	株式会社イムテス
259	株式会社 HER
260	ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

(別表2-2) 「第1群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
261	株式会社ショウエイ
262	地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
264	一般財団法人関西環境管理技術センター
265	株式会社エステム
266	ヒロエンジニアリング株式会社
267	一般財団法人青森県薬剤師会食と水の検査センター

(別表 3 - 1) 「第2群」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

該当機関なし

(別表 3 - 2) 「第2群」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

該当機関なし

(別表4-1) 「要改善」と分類された登録水質検査機関(無機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：六価クロム化合物

登録番号	名称
80	株式会社丹野
87	株式会社群馬分析センター
175	四国計測工業株式会社
188	株式会社北炭ゼネラルサービス
202	カンエイ実業株式会社
249	公益財団法人宮崎県環境科学協会
258	株式会社イムテス

(別表4-2) 「要改善」と分類された登録水質検査機関(有機物)

※登録番号及び名称は、申込受付時点の登録水質検査機関のもの

※測定項目：フェノール類

登録番号	名称
20	一般社団法人上伊那薬剤師会
51	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
82	東亜環境サービス株式会社
93	株式会社野田市電子
94	株式会社沖縄環境分析センター
130	オルガノ株式会社
154	株式会社秋田県分析化学センター
160	株式会社環境総合リサーチ
177	株式会社エクスラン・テクニカル・センター
182	株式会社安全性研究センター
214	ニチゴー九州株式会社
230	日本総合住生活株式会社
241	株式会社ブルーム
243	株式会社三井開発
248	株式会社 沖縄環境保全研究所
249	公益財団法人宮崎県環境科学協会
254	西日本環境リサーチ株式会社
256	株式会社西条環境分析センター
268	株式会社 環境防災

(別表 5 - 1) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
八戸圏域水道企業団
弘前市上下水道事業
津軽広域水道企業団
岩手中部水道企業団
盛岡市上下水道局
一関市上下水道部
気仙沼市ガス水道部
栗原市上下水道部
石巻地方広域水道企業団
登米市上下水道部
大崎市上下水道部
秋田市上下水道局
山形市上下水道部
福島地方水道用水供給企業団
茨城県企業局水質管理センター
水戸市上下水道局水道部
小山市水道事業
栃木県企業局鬼怒水道事務所
宇都宮市上下水道局
桐生市水道局
前橋市水道局
坂戸、鶴ヶ島水道企業団
さいたま市水道局

名称
埼玉県企業局
越谷・松伏水道企業団
銚子市水道局
南房総広域水道企業団
千葉県企業局水道部
北千葉広域水道企業団
東京都水道局 多摩水道改革推進本部調整部技術指導課
東京都水道局 水質センター
川崎市上下水道局
神奈川県内広域水道企業団
横須賀市上下水道局
神奈川県企業庁
新潟東港地域水道用水供給企業団
柏崎市上下水道局
新潟市水道局
長岡市水道局
富山市上下水道局
砺波広域圏事務組合水道事業所
石川県水道用水供給事業
福井市水道事業
福井県産業労働部
甲府市上下水道局
上伊那圏域水道水質管理協議会

(別表 5 - 1) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
長野市上下水道局
長野県企業局上田水道管理事務所
長野県企業局
松本市上下水道局
岐阜県東部広域水道事務所
岐阜市上下水道事業部
静岡市上下水道局
静岡県大井川広域水道企業団
浜松市上下水道部
静岡県企業局西部事務所
愛知県春日井市水道事業
愛知県企業庁
一宮市上下水道部
愛知中部水道企業団
名古屋市上下水道局
豊橋市上下水道局
豊田市上下水道局
豊川市水道事業
三重県企業庁水質管理情報センター
名張市上下水道部
四日市市上下水道局
大津市企業局
滋賀県企業庁

名称
京都府営水道事務所
京都市上下水道局
豊中市上下水道局
池田市上下水道部
東大阪市上下水道局
茨木市水道部
大阪市水道局
箕面市上下水道局
高槻市水道部
大阪広域水道企業団
守口市水道局
枚方市上下水道局
堺市上下水道局
吹田市水道部
兵庫県企業庁
神戸市水道局
西宮市上下水道局
伊丹市上下水道局
尼崎市公営企業局上下水道部
加古川市上下水道局
川西市上下水道局
阪神水道企業団
姫路市水道局

(別表 5 - 1) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
宝塚市上下水道局
奈良広域水質検査センター組合
奈良市企業局
奈良県水道局
和歌山市企業局
米子市水道局
鳥取市水道局
松江市上下水道局
岡山市水道局
倉敷市水道局
岡山県広域水道企業団
呉市上下水道局
広島市水道局
下関市上下水道局
山陽小野田市水道局
柳井地域広域水道企業団
岩国市水道局
宇部市上下水道局
徳島市上下水道局
香川県広域水道企業団 水質管理課
香川県広域水道企業団 水質管理課 丸亀分室
香川県広域水道企業団 水質管理課 府中分室
四国中央市水道局

名称
今治市水道部
南予地方水道水質検査協議会
松山市公営企業局
高知市上下水道局
福岡市水道局
福岡地区水道企業団
久留米市企業局
北九州市上下水道局
鳥栖市上下水道局
佐賀西部広域水道企業団
佐賀市上下水道局
佐賀東部水道企業団
大分市上下水道局
宮崎市上下水道局
鹿児島市水道局
沖縄県企業局
仙台市水道局
青森市企業局水道部
群馬県企業局
福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所
福山市上下水道局
山口市上下水道局
横浜市水道局

(別表5-1) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
佐倉市上下水道部
門真市環境水道部
三原市水道部
尾道市上下水道局
周南都市水道水質検査センター協議会
大阪広域水道企業団 庭窪浄水場
大阪広域水道企業団 水質管理センター河南水質管理ステーション
群馬東部水道企業団
かずさ水道広域連合企業団
釧路市上下水道部
札幌市水道局
佐久圏域水道水質検査協議会
熊本市上下水道局
旭川市水道局
桂沢水道企業団
函館市企業局
帯広市上下水道部
小樽市水道局
宮古市上下水道部
北海道立衛生研究所
福島県衛生研究所
さいたま市健康科学研究センター
埼玉県衛生研究所

名称
千葉県衛生研究所
東京都健康安全研究センター
江東区保健所
川崎市健康福祉局健康安全研究所
横須賀市健康安全科学センター
神奈川県衛生研究所
相模原市衛生研究所
横浜市衛生研究所
富山県衛生研究所
山梨県衛生環境研究所
岐阜市衛生試験所
岡崎市総合検査センター
愛知県衛生研究所
大阪府藤井寺保健所
堺市衛生研究所
姫路市環境衛生研究所
広島市衛生研究所
山口県環境保健センター
香川県環境保健研究センター
愛媛県立衛生環境研究所
福岡県保健環境研究所
佐賀県衛生薬業センター
鹿児島県環境保健センター

(別表 5 - 1) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
千葉県環境保健研究所
大阪市立環境科学研究センター

(別表5-2) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(有機物)

※測定項目：フェノール類

名称
八戸圏域水道企業団
弘前市上下水道事業
津軽広域水道企業団
岩手中部水道企業団
気仙沼市ガス水道部
栗原市上下水道部
秋田市上下水道局
山形市上下水道部
福島地方水道用水供給企業団
茨城県企業局水質管理センター
水戸市上下水道局水道部
桐生市水道局
坂戸、鶴ヶ島水道企業団
さいたま市水道局
埼玉県企業局
越谷・松伏水道企業団
南房総広域水道企業団
千葉県企業局水道部
北千葉広域水道企業団
東京都水道局 多摩水道改革推進本部調整部技術指導課
東京都水道局 水質センター
川崎市上下水道局
神奈川県内広域水道企業団

名称
横須賀市上下水道局
神奈川県企業庁
新潟東港地域水道用水供給企業団
新潟市水道局
長岡市水道局
富山市上下水道局
砺波広域圏事務組合水道事業所
石川県水道用水供給事業
福井市水道事業
甲府市上下水道局
上伊那圏域水道水質管理協議会
長野市上下水道局
長野県企業局上田水道管理事務所
長野県企業局
松本市上下水道局
岐阜県東部広域水道事務所
岐阜市上下水道事業部
静岡県大井川広域水道企業団
愛知県企業庁
一宮市上下水道部
愛知中部水道企業団
豊橋市上下水道局
豊川市水道事業

(別表 5 - 2) 「第1群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(有機物)

※測定項目：フェノール類

名称
四日市市上下水道局
大津市企業局
京都府営水道事務所
京都市上下水道局
豊中市上下水道局
大阪市水道局
高槻市水道部
大阪広域水道企業団
守口市水道局
堺市上下水道局
吹田市水道部
兵庫県企業庁
神戸市水道局
伊丹市上下水道局
姫路市水道局
宝塚市上下水道局
奈良広域水質検査センター組合
奈良市企業局
奈良県水道局
和歌山市企業局
米子市水道局
鳥取市水道局
岡山市水道局

名称
倉敷市水道局
岡山県広域水道企業団
広島市水道局
下関市上下水道局
柳井地域広域水道企業団
宇部市上下水道局
徳島市上下水道局
香川県広域水道企業団 水質管理課
香川県広域水道企業団 水質管理課 府中分室
今治市水道部
南予地方水道水質検査協議会
松山市公営企業局
高知市上下水道局
福岡県南広域水道企業団
福岡市水道局
福岡地区水道企業団
久留米市企業局
北九州市上下水道局
佐賀西部広域水道企業団
長崎市上下水道局
大分市上下水道局
宮崎市上下水道局
鹿児島市水道局

(別表 5 - 2) 「第1群」と分類された水道事業者及び衛生研究所等(有機物)

※測定項目：フェノール類

名称
沖縄県企業局
仙台市水道局
青森市企業局水道部
群馬県企業局
山口市上下水道局
横浜市水道局
岩沼市外一市四町水道水質検査センター
周南都市水道水質検査センター協議会
大阪広域水道企業団 庭窪浄水場
大阪広域水道企業団 水質管理センター河南水質管理ステーション
群馬東部水道企業団
かずさ水道広域連合企業団
釧路市上下水道部
札幌市水道局
佐久圏域水道水質検査協議会
熊本市上下水道局
旭川市水道局
函館市企業局
帯広市上下水道部
小樽市水道局
北海道立衛生研究所
福島県衛生研究所
さいたま市健康科学研究センター

名称
埼玉県衛生研究所
千葉県衛生研究所
東京都健康安全研究センター
川崎市健康福祉局健康安全研究所
神奈川県衛生研究所
横浜市衛生研究所
富山県衛生研究所
山梨県衛生環境研究所
岡崎市総合検査センター
愛知県衛生研究所
滋賀県衛生科学センター
大阪府藤井寺保健所
堺市衛生研究所
神戸市環境保健研究所
広島市衛生研究所
山口県環境保健センター
香川県環境保健研究センター
愛媛県立衛生環境研究所
鹿児島県環境保健センター
千葉市環境保健研究所

(別表 6 - 1) 「第2群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
岩沼市外一市四町水道水質検査センター
金沢市企業局

(別表 6 - 2) 「第2群」と分類された水道事業体及び衛生研究所等(有機物)

※測定項目：フェノール類

名称
大崎市上下水道部
三重県企業庁水質管理情報センター
山陽小野田市水道局

(別表 7 - 1) 「要改善」と分類された水道事業者及び衛生研究所等(無機物)

※測定項目：六価クロム化合物

名称
福岡県南広域水道企業団
佐世保市水道局
北見市上下水道局
神戸市環境保健研究所
長崎市保健環境試験所
三重県保健環境研究所

(別表 7 - 2) 「要改善」と分類された水道事業者及び衛生研究所等(有機物)

※測定項目：フェノール類

名称
盛岡市上下水道局
一関市上下水道部
石巻地方広域水道企業団
登米市上下水道部
栃木県企業局鬼怒水道事務所
柏崎市上下水道局
静岡市上下水道局
浜松市上下水道部
愛知県春日井市水道事業
豊田市上下水道局
茨木市水道部
枚方市上下水道局
尼崎市公営企業局上下水道部
加古川市上下水道局
阪神水道企業団
岩国市水道局
四国中央市水道局
佐賀市上下水道局
佐賀東部水道企業団
福山市上下水道局
北見市上下水道局