

新規格の導入に伴う医療事故防止対策(案)

次の点を通知発出により指導を図る。

1. 医療事故防止の観点から、新規格品、既存品の併存期間を6か月間とし、切換えに関しては医療機関と十分に調整を図ることとし、必要な情報提供を行うこと。
2. 新規格品と既存品の接続を可能にする変換アダプタは販売しないこと。