

新型コロナウイルス感染症診断薬の承認について  
(富士フイルム株式会社申請品目)

令和3年2月15日  
医薬・生活衛生局  
医療機器審査管理課

1. 製品の概要

- 【販売名】: 富士ドライケム IMMUNO AG ハンディ COVID-19 Ag  
【申請者】: 富士フイルム株式会社  
【申請日】: 令和2年12月11日(製造販売承認申請)  
【使用目的】: 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出(SARS-CoV-2 感染の診断の補助)

※ 本品は、イムノクロマト法により、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原を検出するキットである。検体を含む液をテストカートリッジに滴下し、約10分後に判定部の判定ラインの有無を確認することにより、陽性または陰性を判定する。検査に当たっては「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」(厚生労働省)(以下「検査指針」という。)を参照して、既承認の抗原簡易検査キットと同様に用いる。

2. 審査の概要

(1) 臨床性能

- 本品の臨床性能に関して、主に以下2つの試験の結果が提出された。
- ①国内臨床保存検体を用いた臨床性能試験  
国内の臨床保存検体(輸送用培地に保管した鼻咽頭ぬぐい液)を用いた、国立感染症研究所の「病原体検出マニュアル 2019 nCoV Ver. 2.9.1」にしたがった RT-PCR 法(以下「感染研法」という。)との比較に基づく試験成績(108検体)は、陰性一致率100%(63/63)、陽性一致率75.6%(34/45)、全体一致率89.8%(97/108)であった。また、RT-PCR 法で陽性となった45検体について、テスト試料中の換算 RNA コピー数(推定値)に応じて比較すると、1,600コピー/テスト以上の検体に対して陽性一致率96.6%(28/29)、400コピー/テスト以上の検体に対して陽性一致率85.0%(34/40)であった。
- ②陰性鼻腔ぬぐい液へのウイルス分離培養液添加試験  
本品の検出限界(LOD:  $1.1 \times 10^2$  TCID<sub>50</sub>/テスト)濃度及び検出限界の約2倍濃度の  $2.3 \times 10^2$  TCID<sub>50</sub>/テストとなるよう SARS-CoV-2 培養液を陰性の鼻腔ぬぐい液に添加した陽性検体及びウイルス未添加の陰性検体(各20検体)を用いた試験成績について、ウイルスを添加した検体における陽性一致率はいずれも100%(20/20)、添加していない検体における陰性一致率は100%(20/20)であった。

- 審査においては、本品は国内の臨床保存検体(鼻咽頭ぬぐい液)を用いた試験

において 400 コピー/テスト以上を有する検体に対し良好な陽性一致率であったこと、また、陰性一致率は 100%であったことを確認した。また、鼻腔ぬぐい液について分析性能を確認した。

本品は、RT-PCR 法と比較して感度は低いものの、鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に関して既承認の抗原簡易検査キットと同程度の性能を有し、一定の症状を有する患者等に対し、検査指針に従って陽性または陰性の確定診断を行うことの臨床的有用性を期待できるものと判断した。また、鼻腔ぬぐい液に関しては、既承認の抗原簡易検査キットと同様に添付文書で検出感度に係る注意喚起を行うこと、製造販売後に実臨床での臨床性能の検証を求める承認条件を付すことが必要と判断した。

#### (2) 交差反応性

- 本品は、遺伝子組換えヒトコロナウイルス抗原 (SARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1)、インフルエンザウイルス (Influenzavirus H1N1、Influenzavirus H3N2、Influenzavirus B) とは反応を示さなかった。
- 本品は、交差反応の可能性のある主なウイルス等で反応を示さなかったことから、本品を臨床現場に提供することは許容可能と考えた。

#### (3) 安定性

- 本品の安定性については、実保存条件での長期安定性試験成績は提出されていないが、加速安定性試験の結果に基づき、暫定的に有効期間が 12 ヶ月に設定された。
- 審査においては、本品の開発の緊急性を鑑み、製造販売後に本品の長期安定性試験を実施することを前提に有効期間を暫定的に付与することは可能と判断した。

#### (4) その他

- 本品を使用する上で必要な注意喚起については、添付文書に記載することとした。

### 3. 結論

- 以上の審査を踏まえ、以下の承認条件を付すことにより、本品の製造販売承認を行った。

【承認日】：令和 3 年 2 月 15 日

【承認条件】：

- ・ 鼻腔ぬぐい液検体に関して、承認時のデータが極めて限られていることから、製造販売後に臨床性能を評価可能な適切な試験を実施すること。
- ・ 製造販売後に実保存条件での安定性試験を実施すること。