

N,N-ジメチルヒドラジン測定分析法(ばく露実態調査で採用した方法)

構造式(CH ₃) ₂ NNH ₂		CASNo: 57-14-7
許容濃度等: ACGIH 0.01ppm (TLV-TWA) OSHE 0.5ppm (PEL)		物性等 分子量: 60.1 比重: 0.8 沸点: 63℃ 融点: -58℃
別名		
サンプリング		分析
サンプラー: 37mm φ 硫酸含浸グラスファイバーフィルター(SKC 225-9012) サンプリング流量: 1.0L/min サンプリング時間: 10min～ 採気量: 10L 以上 保存性: 捕集後 7 日目までで 85%以上 ブランク: 検出せず		分析方法: 高速液体クロマトグラフ/フォトリファクタリー法 (機器名: Agilent HPLC1100 シリーズ) 抽出方法: 超純水 5mL、振とう器にて 30 分間攪拌。その後、10 分間、2000rpm で遠心分離。抽出液 1mL をバイアルに移した後、フルフルール水溶液(2 % V/V)0.5mL を加え、混合後室温にて 2 時間以上放置。 検出器: フォトリファクタリー検出器 カラム: Mightysil RP-18 GP 150-2.0(3μm) 移動相: アセトリル/水=20/80(V/V%) 流量: 0.1mL/min 試料導入量: 10μL 波長: 300nm 検量線: 超純水で 1/10000 に調整したものを標準原液とする。 フィルターより溶出する硫酸と同じ濃度(1.5μL/mL)に調整した硫酸溶液 5mL に以下の濃度となるように標準原液を添加。 0μg/mL 0.39μg/mL 0.77μg/mL 1.53μg/mL 3.00μg/mL 定量法: 絶対検量線
精度		
回収率 添加量 0.78μg で 89% 添加量 11.70μg で 94% 定量下限(10σ) 0.026μg/mL 0.0054ppm (採気量 10L) 0.0001ppm (採気量 480L)		
適用		
妨害		

※本方法は、各種文献を参照の上、中央労働災害防止協会にて策定したものである。