

先進医療Bの取り下げについて

告示番号	先進医療名	適応症	承認状況	受付日 (取り下げ)	取り下げ理由	医薬品・医療機器情報	申請医療機関	協力医療機関
006	経皮的肺がん ラジオ波焼灼 療法	原発性又は転移性 肺がん (切除が 困難なものに 限る。)	適応外 医療機 器	H25. 9. 6	試験の症例登録及び 観察期間が終了した ため	・ラジオ波発生装置 (製品名：Leveen 針、RF2000、 RF3000) ポスト ン・サイエンティ フィック社 (製品名：Cool-tip 針、RFジェネレー ターCC-1) Valleylab社	岡山大学病院	<ul style="list-style-type: none"> ・旭川厚生病院 ・手稲溪仁会病院 ・北海道大学病院 ・茨城県立中央病院 ・栃木県立がんセンター ・群馬大学医学部附属病院 ・防衛医科大学校病院 ・がん研究会有明病院 ・国立がん研究センター中央病院 ・聖マリアンナ医科大学病院 ・金沢大学附属病院 ・石川県立中央病院 ・愛知県がんセンター中央病院 ・三重大学医学部附属病院 ・京都第一赤十字病院 ・京都府立医科大学附属病院 ・大阪市立大学医学部附属病院 ・関西医科大学附属枚方病院 ・奈良県立医科大学附属病院 ・四国がんセンター ・福岡大学病院 ・熊本大学医学部附属病院 ・敬愛会 中頭病院 ・琉球大学医学部附属病院

先進医療Bの取り下げについて

告示番号	先進医療名	適応症	承認状況	受付日 (取り下げ)	取り下げ理由	医薬品・医療機器情報	申請医療機関	協力医療機関
008	経皮的腎がん ラジオ波焼灼療法	原発性又は転移性腎がん (切除が困難なものに限る。)	適応外医療機器	H25.9.6	試験の症例登録及び観察期間が終了したため	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジオ波発生装置 (製品名：Leveen 針、RF2000、RF3000) ポストン・サイエンティフィック社 (製品名：Cool-tip 針、RFジェネレーター-CC-1) Valleylab社 	岡山大学病院	<ul style="list-style-type: none"> ・旭川厚生病院 ・北海道大学病院 ・茨城県立中央病院 ・栃木県立がんセンター ・群馬大学医学部附属病院 ・防衛医科大学校病院 ・がん研究会有明病院 ・国立がん研究センター中央病院 ・金沢大学附属病院 ・愛知県がんセンター中央病院 ・三重大学医学部附属病院 ・京都第一赤十字病院 ・京都府立医科大学附属病院 ・関西医科大学附属枚方病院 ・大阪市立大学医学部附属病院 ・熊本大学医学部附属病院 ・敬愛会 中頭病院

先進医療Bの取り下げについて

告示番号	先進医療名	適応症	承認状況	受付日 (取り下げ)	取り下げ理由	医薬品・医療機器情報	申請医療機関	協力医療機関
016	根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援	前立腺がん	未承認医療機器	H25. 9. 6	後継機であるda Vinci S HD Surgical Systemが内視鏡手術支援ロボットとして薬事承認され、平成24年4月1日より同機器を使用した根治的前立腺全摘除術が保険収載の運びとなった。このような背景もあり、試験参加者の確保が困難となったため、今般、試験を終了することとした。	・ da Vinci Surgical System Intuitive Surgical社	東京医科大学病院	・ 金沢大学附属病院 ・ 九州大学病院