

先進医療Bに係る継続審議案件の申請書の取り下げについて

整理番号	先進医療名	適応症	承認状況	部会開催日	評価結果	受付日 (取り下げ)	取り下げ理由	医薬品・医療機器情報	申請医療機関
006	血管性間歇性跛行患者に対する体外衝撃波治療	末梢動脈疾患による間歇性跛行（閉塞性動脈硬化症、ビュルガー病）	未承認医療機器	H25. 2. 26 (第4回)	継続審議	H26. 3. 17	先進医療技術審査部会の指摘事項について検討していたところ、臨床研究の実施体制に大幅な変更が生じたため、届出書に記載した臨床研究の遂行が困難であると判断したため	・体外衝撃波治療装置 (DuolithSD-1) STORZ MEDICAL AG	東北大学病院