

新規申請技術の評価

整理番号	先進医療名	適応症等	受付日	承認状況	医薬品・医療機器・再生医療等製品情報	申請医療機関	審査担当構成員				総評
							主担当	副担当	副担当	技術専門委員	
060	微小肺病変に対する切除支援気管支鏡下肺マーキング法	微小肺病変	H28.3.14	適応外・ 適応内 医薬品、 適応外・ 適応内 医療機器	<ul style="list-style-type: none"> ・気管支鏡 ・気管支噴霧カテーテル オリンパス株式会社 ・インジゴカルミン注射液 第一三共株式会社 ・キシロカインポンプスプレー アストラゼネカ株式会社 ・プラチナコイル バスキュラー オクルージョンシステム ・マイクロカテーテル ・ガイドワイヤー ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 	東京大学医学部附属病院	伊藤	佐藤	柴田	—	条件付き適