

新規申請技術の評価

整理番号	先進医療名	適応症等	受付日	承認状況	医薬品・医療機器・再生医療等製品情報	申請医療機関	審査担当構成員				総評
							主担当	副担当	副担当	技術専門委員	
066	院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法	院外心停止後症候群	H28. 6. 14	未承認 医薬品、 未承認・ 適応外 医療機器	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス流量解析装置 大正医科器械株式会社 ・流量調整器 ヤマト産業株式会社 ・サーボベンチレータ フクダ電子株式会社 ・酸素ガス分析装置 株式会社ア化シジョン ・水素ガス 大陽日酸株式会社 	慶應義塾大学病院	伊藤	田島	大門	山口	条件付き 適
067	切除不能かつ化学療法非奏効または不耐例の肝内胆管癌に対する陽子線治療	切除不能かつ化学療法非奏効または不耐例の肝内胆管癌	H28. 6. 17	適応内 医療機器	<ul style="list-style-type: none"> ・陽子線治療システム ・陽子線治療システム PROBEAT-RT ・陽子線治療システム PROBEAT-III 株式会社日立製作所 ・粒子線治療装置（陽子タイプ） ・粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） 三菱電機株式会社 ・陽子線治療システム 住友重機械工業 	筑波大学附属病院	山口	佐藤	手良向	/	適