

第 29 回 臨床工学技士国家試験における
採点除外等の扱いをした問題について

午前 第 64 問

吸入療法装置で誤っているのはどれか。

1. メッシュ式ネブライザは臥位で吸入できる。
2. ドライパウダ定量吸入器は呼吸と同期させる必要がある。
3. ジェット式ネブライザでの肺内沈着率は約 10 %である。
4. 超音波式ネブライザでは水分の過剰供給の可能性はある。
5. 定量噴霧式吸入器では懸濁タイプの吸入剤をよく振ってから使用する。

採点上の取扱い

採点対象から除外する。

理 由

出題基準を逸脱しているため、採点対象から除外する。