

第 30 回 臨床工学技士国家試験における
採点除外等の扱いをした問題について

午後 第 79 問

問題 79 水处理装置とその除去対象物質との組合せで誤っているのはどれか。

- 1. プレフィルタ ————— 懸濁物質(粒子成分)
- 2. 軟水化装置 ————— Ca^{2+}
- 3. 活性炭濾過装置 ————— Cl^-
- 4. 逆浸透装置 ————— Na^+
- 5. 限外濾過フィルタ ————— Al^{3+}

採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理 由

複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する。