

第 31 回 臨床工学技士国家試験における
採点除外等の扱いをした問題について

午前 第 41 問

問題 41 図の記号が付いた装着部の正常状態における合計患者漏れ電流の許容値
[μA]はどれか。

1. 10
2. 50
3. 100
4. 500
5. 1000



採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理 由

複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する。