

## 第32回 臨床工学技士国家試験における採点除外等の扱いをした問題について

午前 第38問

問題 38 体外衝撃波結石破碎装置(ESWL)について正しいのはどれか。

1. 電磁板方式では凸音響レンズを用いる。
2. 圧電方式では結石の位置を焦点に合わせる。
3. 腸管損傷の危険はない。
4. 妊婦にも安全である。
5. 勝胱結石治療の第一選択である。

採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理由

複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する。