

第 72 回診療放射線技師国家試験における
採点除外等の取扱いをした問題について

午前 第 4 3 問

43 電子線を 90% 線量域に 200 cGy 照射する場合の MU 値に最も近いのはどれか。
ただし、深部量百分率 85.1%、出力係数 0.980、モニタ校正値 $0.990 \text{ cGy} \cdot \text{MU}^{-1}$
とする。

1. 195
2. 218
3. 258
4. 264
5. 269

採点上の取扱い

採点対象から除外する。

理 由

設問が不適切で正解が得られないため。