

第66回臨床検査技師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

午後 第 60 問

60 自動血球計数装置において、実測している項目はどれか。2つ選べ。

1. ヘマトクリット値(Ht)
2. ヘモグロビン濃度(Hb)
3. 平均赤血球容積(MCV)
4. 平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)
5. 平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)

採点上の取り扱い

3通りの解答を正解として採点する。

理 由

3つの選択肢が正解であるため、3通りの解答を正解として採点する。