

第114回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 66 問

66 インプラントの上部構造製作のための作業用模型の写真(別冊No. 22 A、B)を別に示す。

A と比較した B の特徴はどれか。3つ選べ。

- a 審美性に優れる。
- b 歯肉形態を修正しやすい。
- c 装着にセメントが不要である。
- d メンテナンスが容易である。
- e インプラント体間の平行性を問わない。

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理由)

設問の状況設定が不十分で正解が得られないため。