（別紙）

第73回診療放射線技師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

午前　第26問

26　PET装置の性能評価法JESRA X－0073で定められていない項目はどれか。

1. 感　度
2. 均一性
3. 計数率特性
4. 計数損失補正
5. 散乱フラクション

採点上の取扱い

採点対象から除外する。

理　　由

設問が不十分で正解が得られないため。