

第74回放射線技師国家試験における
採点除外等の取扱いをした問題について

午前 第 40 問

40 リニアックについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 加速管は鉛製である。
2. 出力エネルギーを連続的に変えられる。
3. 加速管内には一定量の窒素が必要である。
4. マイクロ波発振管にはクライストロンが用いられる。
5. 同一加速エネルギーの加速管は進行波型が定在波型より長い。

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

選択肢に誤りがあり、正解が得られないため。