

第76回放射線技師国家試験における  
採点除外等の取扱いをした問題について

午前 第 7 問

- 7 JIS で規定する直接撮影用 X 線装置の不変性試験で誤っているのはどれか。
1. 誤動作が疑われるときに不変性試験を行う。
  2. 不変性試験の基礎値は受入試験時に設定する。
  3. 最初の不変性試験は受入試験の 6 か月後に行う。
  4. 不変性試験の結果は少なくとも 2 年間保存する。
  5. 試験対象になる性能パラメータに影響する保守を行った直後に不変性試験を行う。

( 採点上の取り扱い )

複数の選択肢を正解として採点する。

( 理 由 )

複数の正解があるため。