

## 第 37 回義肢装具士国家試験における 採点除外等の取扱いをした問題について

午後

[問題 45] 30 歳の男性。外傷で前腕切断となった。筋電義手が処方され筋収縮の分離が可能となったため、仮義手の訓練が開始された。肘屈曲位でのハンド開閉は問題ないが、肘伸展位で誤作動が生じる。

原因はどれか。

1. 電極閾値の設定不良
2. バッテリーの残量不足
3. 義手のアライメント不良
4. 電極の取り付け位置不良
5. ソケット後壁のトリミング不良

### ○採点上の取扱

複数の選択肢を正解として採点する。

### ○理由

複数の正解があるため複数の選択肢を正解とする。