

## 第 39 回 臨床工学技士国家試験における 採点除外等の扱いをした問題について

### 午後 第 44 問

問題 44 同じ病棟において小電力医用テレメータによる混信の原因とならないのは  
どれか。

1. 近接するチャンネルの使用
2. 異なるメーカーの同一チャンネルの使用
3. ゾーン表示色の異なる送信機の使用
4. 同一ゾーンにおける同一バンドの送信機の使用
5. テレメータ・テレコントロール機器使用下でのバンド3の使用

採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理 由

複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する。