

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
看護師養成所3年課程	四日市市立四日市高等看護学院	(看護学科) 059-354-1176	四日市市立芝田2-2-37	21	平成18年3月7日のみ	1年生3月の演習にて針周辺部の消毒を行い使用。その後の定期健康診断においてHBV、HCVの検査を行っているが、問題なかった。健康被害の報告なし。
看護師養成所3年課程	四日市医師会看護専門学校	(看護学科) 059-355-2221	四日市市西新地14-20	11	平成19年11月21日と 平成20年5月30日の2日間のみ	使用時、キャップ先端はエタノール清拭・消毒を実施。定期健康診断結果、感染の疑いは無い。健康被害の報告なし。使用した器具は廃棄処分。
看護師養成所3年課程	三重県厚生連看護専門学校	(医療専門看護学科) 059-384-1000	鈴鹿市安塚町山の花1275-37	10	○年○月○日頃～平成14年頃 (およそ10年間)	器具周辺部の消毒は実施していた。健康被害の報告なし。定期健康診断において毎年HB、HCVの検査を実施しているが、問題なかった。
看護師養成所3年課程	伊勢保健衛生専門学校	(看護学科) 0596-22-2563	伊勢市黒瀬町562-13	29	平成16年3月4日のみ	H19年1月10日にHBとHCVの検査を実施したが、結果は全員陰性であった。
看護師養成所3年課程	三重中央医療センター附属三重中央看護学校	059-259-1177	三重県津市久居神明町2158-5	21	平成15年9月4日～ 平成20年4月25日	・キャップ部分をアルコール綿で消毒 ・健康被害の報告なし
栄養士養成施設	三重短期大学生生活科学科食物栄養学専攻	事務局次長 (059-232-2341)	三重県津市一身田中野157	21	平成18年5月 ～平成20年5月	在校生には、状況を説明し希望者に対して血液検査を実施する旨伝え、卒業生には、お知らせ文書送付、HPにも文書の公開を行い希望者に対し、血液検査を実施する旨伝えている。
栄養士養成施設	三重中京大学短期大学部食物栄養学科	生理生化学実験担当 (0598-29-1122)	三重県松阪市久保町1846	18	平成18年7月11日 ～平成19年7月18日	今後、穿刺器具を使った実験を行わない。 意見書添付