

施設類型	施 設			使用状況		その他（その後の対応等）
	名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
看護師養成所3年課程	岡山赤十字看護専門学校	行光 美音子 086-223-6800	岡山市青江2-1-1	18	平成15年9月8日～ 平成20年1月28日	使用方法は1回毎に新しい針に交換して実施した。先端キャップ部分は毎回、70%アルコールで消毒して使用した。 対象者に聞き取り調査（面接、電話、調査書送付）を実施中。6月25日現在、148名と連絡が取れ異常なし。残り1名に対して調査中である。6月30日に149名全員の調査を終了した。健康状態に問題はなかった。
看護師養成所3年課程	聖華看護専門学校	安達 直子 086-253-2710	岡山市富町2-13-14	5	平成17年9月15日 平成18年5月18日 平成19年2月15日 平成20年2月14日	平成18年度定期健診にてHB-s抗原（－）を確認 平成19年度定期健診にてHB-s抗原（－）を確認 平成19年度定期健診にてHB-s抗原（－）を確認 平成20年度定期健診にてHB-s抗原（－）を確認
看護師養成所3年課程	倉敷中央看護専門学校	時本 圭子 086-422-9311	倉敷市美和1-1-1	18	平成13年4月～平成19年2月	針は1人ずつ交換している。器具の先端キャップは毎回、アルコール綿で消毒した。血液汚染のないことを確認しながら用い、終了毎に器具の先端キャップを0.1%ミルトン液で浸漬消毒していた。対象者の実施後の検査データを確認した。追跡できなかった卒業生に対しては、電話による連絡を行った。
看護師養成所3年課程	岡山労災看護専門学校	三澤 久美子 086-261-8180	岡山市築港緑町1-10-25	18	平成18年1月頃～ 平成20年4月	1人ずつ、使用後にアルコール綿で消毒してから、新しい針を装着して、次の学生に使用した。感染症血清反応検査結果調査。その結果現在まで感染は認められない。
看護師養成所3年課程	ソワニエ看護専門学校	持田 千里 086-274-6455	岡山市倉田394-3	5	平成16年5月頃～ 平成18年5月頃	毎年4～5月に実施の検診結果をチェック。穿刺の翌年にHBs（＋）HCV（＋）になっていた者はなかった。該当する学生には、6月30日付けで文書を送った。
管理栄養士養成施設	ノートルダム清心女子大学	中西裕美子 (086-252-2386)	岡山県岡山市伊福町2-16-9	4	平成18年4月～平成19年10月頃	器具全体がディスポーザブルタイプのものに変更する。 対象の在学生に血液検査を実施。卒業生に文書で通知し血液検査を勧奨している。（大学負担）
				18	平成18年～平成20年5月	
管理栄養士養成施設	岡山県立大学	竹内央 (0866-94-2111)	岡山県総社市窪木111	8	平成13年1月24日～平成20年5月20日	関係者へお知らせ。必要に応じ血液検査。
管理栄養士養成施設	川崎医療福祉大学医療技術学部	中坊幸弘 (086-462-1111)	岡山県倉敷市松島288	31 (オートレットⅡ)	平成4年4月～平成6年3月	器具本体は消毒して使用していた。
				19	平成12年4月～平成15年3月	
				13	平成16年4月～平成19年7月	
				3	平成19年4月～平成20年4月	
管理栄養士養成施設	中国学園大学	川上祐子 (086-293-0247)	岡山県岡山市庭瀬83番地	18	平成16年5月18日～平成19年10月18日	卒業生に対して文書（はがき）で健康状況の確認を行う予定。本年度の授業までに器具の買い替えを予定している。（該当器具は処分する）