

国立療養所沖縄愛楽園 耳鼻科ユニット 仕様書

* 今回調達耳鼻科ユニットについては、以下の要件を満たすこと。

- 1) ユニットは、両側タイプであること。
- 2) 噴霧装置は、圧縮空気をコンプレッサーで供給できる構造であること。
- 3) 蓄圧エアータンクは、ステンレス製であること。
- 4) IC回路オートドレイン抜きを装備していること。
- 5) スプレーは、ノズル着脱がワンタッチカプラー方式であること。
- 6) スプレーホースは塩化ビニール製であること。
- 7) ホース付スプレー収納時の向きが一定であること。
- 8) ホースレススプレーを3本内蔵していること。
- 9) 吸引モーター、コンプレッサーは、アンローダー機能内蔵オイルフリーであること。
(アンローダー機能とは、ポンプが再起動する時ポンプに加圧されていると起動せず焼き付いてしまう為、残圧を排気する装置)
- 10) 吸引汚物瓶は、3リットルで把手付の広口構造であること。
- 11) 照診・フレンツェル氏眼鏡用の出力端子を有し、0～10V範囲以内で任意の電圧を出力できること。
- 12) 額帯電灯方式かクリニカヘッドライト方式か、選択可能であること。
- 13) 天板及びパネル板の材質は、清潔感のある人口大理石であること。
- 14) ユニットパネルスイッチは、既存の治療椅子(OP-BPS)が操作可能であること。
- 15) オトスコープ耳入れ部(患者側)は着脱式であり、オートクレーブ対応であること。
- 16) 熱風送風式の防曇装置を有すること。
- 17) 照明灯及び手術用顕微鏡を支えるポールを有すること。
- 18) 吸引接続子は2段式で、5g、10gの吸引管が使用出来ること。
- 19) 吸引接続子及び通気中間接続子は、ホースの捻れ防止のため回転式であること。
- 20) 専用分離デスクを取付けられること。
- 21) ユニット本体寸法はH(本体上部まで)900mm×W1100mm×D900mm以下であること。(支柱含むW1200mm)※専用分離デスク寸法含まず

* 納品・保守に関しては以下の要件を満たすこと。

- 1) 既存の旧システムを撤去・処分すること。処分にかかる費用は本契約に含まれるものとする。
交換品: 永島医科器械 SNユニット エクセレンス(平成16年購入)
- 2) 調達物品の搬入に要する養生および据付、稼働のための調整等を行うこと。
- 3) 通常の使用条件で故障・不具合を生じた場合、調達後1年間は無償で補修を行うこと。
- 4) 取扱説明書を2部渡すこと。