

# 『超音波洗浄装置』仕様書

## 【国立療養所星塚敬愛園】

仕様条件等	
1. 本体の構造等	
1	現有洗浄装置を設置している部屋内に設置可能なサイズであること。（レイアウトの変更は可）
2	棚段数は4段以上で構成され、大型器具を洗浄する際は棚の取り外しが可能であること。
3	装置の主要材質は、耐腐食性を備えた材質とすること。
4	装置開閉扉は、庫内の状態を確認できるよう『覗き窓』等の構造を備えていること。また、窓等は破損等しにくい構造であること。
5	静音性、断熱性、防汚性に優れた構造であること。
6	本体内に洗剤ボックス等を収容できること。
7	一般医療機器の器具除染用洗浄機であること。
8	庫内照明により内部確認が容易であること。
2. 本体の機能等	
9	以下の機能を有し、個別運転、任意設定の自動プログラム運転が可能であること。 ・予備洗浄 ・シャワー洗浄 ・超音波洗浄 ・温水洗浄 ・すすぎ ・乾燥
10	超音波出力は1.2kW以上であること。
11	シャワーポンプ出力は1.5kW以上であること。
3. 操作パネル、バスケット	
12	液晶タッチパネル方式とし、日本語表示が可能であること。また、稼働状況、異常発生時の警告等を表示できること。
13	最大収容可能な数のバスケットを、構成に含めること。
4. その他	
14	電源設備・給排水設備の準備、設置スペースの確保については発注者側で準備するものとし、それ以外の設置稼働に要する全ての費用（仕様に定めた機能等に必要な消耗品を含む）は受注者側の費用負担とする。
15	初期動作確認から1年間は、点検、調整、修理対応等は無償で応じること。