

## 入札仕様書

本調達はソリッドパック・ソリッドウォーマーの整備を行い、温熱療法による疼痛緩和を行う事を目的とする。

本調達の概要として、以下に記載する性能を満たすソリッドパック・ソリッドウォーマーを納入する事とする。

1. ソリッドウォーマーは以下の要件を満たすこと。
  1. 1. 庫内容量は130ℓ以上で別記ソリッドパック中型を45枚程度収容できること。
  1. 2. 加熱方式としてタオル等保護材を必要とせず、ソリッドパックカバーごと加熱できること。
  1. 3. 電源は単相100Vで稼働すること。
  1. 4. 消費電力は1100W以下であること。
  1. 5. 温度調節はバイメタルサーモスタット等を用い、安定した温度を保持できること。
  1. 6. 加熱方式として熱風循環方式とすること。
  1. 7. 外形寸法は概ね横幅800mm奥行き500mm高さ1600mm以内であること。
2. ソリッドパックは以下の要件を満たすこと。
  2. 1. ソリッドパックの保温材は水等を含まない潜熱蓄熱材を使用すること。
  2. 2. 潜熱蓄熱材はパックが破損したときには飛散しない構造であること。
  2. 3. ソリッドパックは使用部位により以下の枚数を納入すること。

①大腿部用370×310mm ②腰・背中用400×310mm ③膝・肩用345×245mm  
④手首用330×220mm ⑤首用520×280mm
  2. 4. ソリッドパック固定用に以下のベルトを納入すること。

①120cm4本 ②手首専用ベルト2本
  2. 5. ソリッドパックには使用部位毎に専用カバーを付随すること。