

家庭用マッサージ器及び指圧代用器			家庭用電気治療器			家庭用永久磁石磁気治療器					
Massage appliances and digital compressor for home use			Electric therapy apparatus for home use			Magnetic induction therapy using permanent magnet for home use					
	6.2)	コード類の取外しに際しては、コードをもって引抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけない。	自主基準 別表2-5-2		4.2)	コード類を取外す場合は、コードをもって引抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけない旨。	自主基準により規定。				
	6.3)	本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない所に整理、保管する。	自主基準 別表2-5-3		4.3)	本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない所に整理、保管する旨。	自主基準を引用し規定。 低周波の導子部を水にぬらして使用するものがあるが、使用者又は操作者が行う、清掃、保管に含まれ				
	6.4)	機器を衛生的に保つための、清掃、予防点検及び保守に関する情報。予防点検及び保守を行わねばならない部分については、その実施周期を含める。			4.4)	再充電可能な電池を内蔵する機器の取扱説明書には、安全な使用及び適切な保守を確立するための説明を含める。	JIS T 0601-1の6.8.2を引用した安全な使用及び適切な保守を確立するための説明を具体的にできるか？				
	6.5)	消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器・付属品の廃棄に伴うリスク、及びこれらのリスクを最小にするための			4.5)	一次電池を内蔵する場合は、機器をある期間使用しない場合には一次電池を取り外す旨。	JIS T 0601-1の6.8.2を引用した。				
					4.6)	消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器及び付属品の廃棄に伴うリスク、及びこれらのリスクを最小にするための廃棄方法。	JIS T 0601-1の6.8.2を引用した。				
7)		機器の故障及び取扱いのときは、次のことに注意する旨	自主基準 別表2-6-1	5)	機器の故障及び修理に関する		自主基準により設定。	6)	機器の故障及び取扱いに際しては、次のことに注意する旨。	他の自主基準準用	
	7.1)	故障した場合は、勝手にいじらず、販売店又は製造販売元に連絡する。				一故障した場合は、勝手にいじらず、販売店又は製造販売元に連絡する	自主基準により設定。	6.1)	機器は改造しない。	他の自主基準準用	
	7.2)	機器は改造しない。	自主基準 別表2-6-2			一機器は、改造しない旨。	自主基準により設定。	7)	付属品は指定されたものを使用する旨。	他の自主基準準用	