

石綿（アスベスト）を含有する医薬品・医療機器の
実態把握調査に関する追加情報について（その3）

平成19年6月14日

(照会先)

医薬食品局安全対策課

(内線 2748)

山田室長、江野補佐

石綿（アスベスト）を含有する医薬品・医療機器等の
実態把握調査に関する追加情報について（その3）

石綿（アスベスト）を含有する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の実態把握調査の結果については平成17年12月9日に、また、追加情報を平成18年2月8日及び7月13日に公表いたしました。その後新たに寄せられた情報について下記のとおり公表いたします。

なお、前回（平成18年7月13日）までに公表した70社119製品に今回の新たな情報を加えると、計70社120製品の実績が報告されたこととなります（平成19年6月14日現在）。また、すべての製品につき既に製造販売が中止されています。

記

製造販売業者による調査の結果、石綿を使用していることが新たに判明したが、通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明した製品等の追加（1製品）

○製品名：アナログ式歯科用パノラマX線診断装置

商品名：ベラビュー 型式 X-102

製造販売業者名：(株)モリタ製作所

製造販売期間：1979年（昭和54年）～1988年（昭和63年）