(参考)



2,3 dimethyl pyrazine GC測定条件

検出器: 水素炎イオン化検出器
カラム:
- ・内径: 0.25mm
- ・長さ: 50mケイ酸ガラスキャピラリー
- ・被覆剤: ポリエチレングリコール(極性カラム)
- ・膜厚: 0.25μm

カラム温度:
- ・初期温度: 50℃
- ・保持時間: 0分
- ・昇温速度: 5℃/分
- ・到達温度: 230℃

注入口温度: 250℃
検出器温度: 300℃
スプリット比 : 100:1
キャリヤーガス : ヘリウム