

事 務 連 絡

平成 23 年 12 月 27 日

各

社団法人 日本医師会
日本美容外科学会 (JSAPS)
日本美容外科学会 (JSAS)
日本美容皮膚科学会
社団法人 日本形成外科学会
日本癌治療学会
臨床腫瘍学会
日本癌学会
日本乳癌学会

御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

Poly Implant Prothese (PIP) 社の豊胸用シリコンバッグに係る情報提供について

平成 23 年 12 月 23 日にフランス保健省は、Poly Implant Prothese (PIP) 社の製造した豊胸用シリコンバッグについて発がん性等のリスクは他の豊胸用シリコンバッグと異なる根拠はないが、予防的な観点から、破裂する兆候等がなくても摘出手術を行うか、6ヶ月毎に超音波等で経過を慎重に観察するように注意喚起をしています。フランスにおいては本年 11 月に PIP 社の豊胸バッグを使用した女性が乳がんで死亡したとの報告がありました。なお、PIP 社の製品は、医療用に適さないシリコン材料が使用されていたこと等がフランス医薬品庁により確認され、平成 22 年 3 月に製造の停止と回収が行われているものです。

PIP 社は、既に平成 22 年 3 月に解散していますが、日本にも PIP 社の製品が輸出されているとの情報もありますので、情報提供いたします。