

粉体ろ過法以外のろ過濃縮法におけるクリプトスポリジウム等の回収率

群馬県桐生市(PTFEフィルターろ過法)

実施日	回収率(%)		試料水
	クリプト	ジアルジア	
2003/11/17	58	18	原水
2004/2/16	77	62	原水
2004/11/15	85	75	原水
2006/11/13	77	61	原水
2007/2/19	72	69	原水
2007/11/19	72	54	原水
2008/2/18	88	46	原水
2008/11/17	74	48	原水
2009/12/17	50	66	原水
2010/12/13	78	53	原水

宮城県(アセトン溶解法)

実施日	回収率(%)		試料水
	クリプト	ジアルジア	
2011/6/22	77	23	原水

神奈川県(中空糸膜フィルター)

実施日	回収率(%)		試料水
	クリプト	ジアルジア	
2006/7/4	88	62	浄水
2009/9/14	57	ND	原水
2009/12/9	67	ND	原水
2010/6/14	61	ND	原水

ND: not done.

静岡県浜松市(カートリッジフィルター法)

実施日	回収率(%)		試料水
	クリプト	ジアルジア	
2010/3/17	54	53	浄水
2010/3/1	67	18	浄水